

Suomi (Käännös)

TM-2441

Ambulatorisen
verenpainemittarin tallennin

KÄYTTÖOPAS

Ambulatorinen verenpainemittari

© 2017 A&D Company, Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

- Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, siirtää, transkriboida tai kääntää millekään kielelle missään muodossa ilman A&D Company, Limitedin myöntämää lupaa.
- Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja laitteen tietoja voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta.
- *Bluetooth*[®]-merkki ja logot ovat *Bluetooth SIG, Inc.*:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja A&D käyttää näitä merkkejä lisenssin alaisena.
- Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Yhdenmukaisuus

Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa

Tämä laite on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen. Laitteen yhdenmukaisuus on todistettu CE-merkinnällä sekä asianomaisen viranomaisen viitenumerailla.

Tämä laite on RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukainen. Tämä laite on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen. A&D Company, Limited vakuuttaa, että laite on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Yhdenmukaisuus FCC-säännösten kanssa

Tämä laite on FCC-säännösten kappaleen 15 mukainen. Käyttöön pätee kaksi seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat vaikuttaa sen toimivuuteen ei-toivotusti. (FCC = Federal Communications Commission Yhdysvalloissa)

FCC:N HUOMIO

Laitteen muuttaminen ilman, että laitteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli on siihen erikseen antanut luvan, voi mitätöidä laitteen käyttöoikeuden. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja säteilyaltistuksen FCC-rajoja, ja se on radiotaajuuksille altistumista koskevien FCC-ohjeiden mukainen. Tämän laitteen radiotaajuisen energian tasot ovat hyvin alhaiset ja niiden katsotaan ilman testausta olevan ominaisabsorptionopeuden (SAR) mukaiset.

Yhdenmukaisuus IC-säännösten kanssa

Tämä laite on Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien mukainen. Laitteen käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä, ja (2) tämän laitteen on otettava vastaan kaikki häiriöt, myös niiden toimintaa häiritsevät häiriöt.

Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja säteilyaltistuksen IC-rajoja, ja se on radiotaajuuksille altistumista koskevien IC-säädösten RSS-102 mukainen. Tämän laitteen radiotaajuuden energian tasot ovat hyvin alhaiset ja niiden katsotaan ilman testausta olevan ominaisabsorptionopeuden (SAR) mukaiset.

Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännösten kanssa

Laitte täyttää seuraavat vaatimukset:

EMD-päästöstandardi teollisille, tieteellisille ja lääkinnällisille laitteille AS/ NZS 2064:1997, yleinen EMD-immuniteettistandardi AS/ NZS 4252. 1:1994. Yllä mainitun todistaa C-Tick-merkki.

Bluetooth®:lla lähettäminen




Tämä laite on varustettu langattomalla *Bluetooth*-toiminnolla, joten se voidaan yhdistää lääkinnällisiin *Bluetooth*-laitteisiin, jotka tukevat langatonta *Bluetooth*-teknologiaa.

Sovellukset ja laitteet, jotka ovat *Bluetooth* 4.1 -yhteensopivia. Jokainen laite tarvitsee sovelluksen tietojen vastaanottamiseksi







Varoitusmerkintä

Välttyäksesi vääränlaisen käsittelyn aiheuttamilta onnettomuuksilta, tämä tuote ja sen käyttöopas sisältävät seuraavat varoitusmerkit ja -merkinnät. Nämä varoitusmerkit ja -merkinnät tarkoittavat seuraavaa:

Varoitusmerkintä

 Vaara	Välitön vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
 Varoitus	Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen mikäli sitä ei vältetä.
 Huomio	Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen mikäli sitä ei vältetä. Merkkiä voidaan käyttää myös varoittamaan turvattomasta käytöstä.

Esimerkkejä symboleista

	Symboli  tarkoittaa "Varoitus". Noudatettavan varovaisuuden luonne kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai kuvalla. Esimerkki varoittaa sähköiskun vaarasta.
	Symboli  tarkoittaa "Älä tee näin". Kielletty toiminta kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai kuvalla. Esimerkki ilmoittaa "Älä pura".
	Symboli  viittaa vaadittavaan toimenpiteeseen. Vaadittu toimenpide kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai kuvalla. Esimerkki viittaa yleiseen vaadittavaan toimenpiteeseen.

Muu

Huomautus	Tarjoaa lisätietoa, joka auttaa käyttäjää laitteen käytössä.
------------------	--

Jokaisen toimenpiteen varoimet kuvataan tässä käyttöoppaassa. Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.

Varoimet

Käyttääksesi TM-2441:tä (ambulatoirisen verenpainemittarin tallenninta) turvallisesti ja oikein, lue huolellisesti seuraavat varoimenpiteet ennen laitteen käyttöä. Seuraava sisältö on yhteenveto yleisistä potilaiden ja käyttäjien turvallisuuteen liittyvistä seikoista sekä laitteen turvallisesta käsittelystä. Jokaisen toimenpiteen varoimet kuvataan tässä käyttöoppaassa. Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.

1. Tallentimen käyttöä ja säilytystä koskevat varoimet

Vaara



Pidä tallennin poissa tiloista, joissa on helposti syttyviä anesteetteja tai kaasuja, korkeapaineisia happikammioita ja happiteltoja. Tallentimen käyttäminen tällaisissa paikoissa saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

Älä käytä tallenninta magneettiresonanssikuvannusjärjestelmien (MRI) kanssa.

Huomio



Säilyttääksesi laitteen toimintakyvyn ennallaan, ota seuraavat ympäristöolosuhteet huomioon tallentimen käytössä ja säilyttämisessä. Tallentimen suorituskykyyn saattavat vaikuttaa liiallinen lämpö, kosteus ja korkeus merenpinnasta.

- Vältä paikkoja, joissa tallentimen päälle saattaa roiskua vettä.
- Vältä paikkoja, joissa on korkea lämpötila, korkea kosteus, suoraa auringonvaloa ja ilmassa pölyä, suolaa tai rikkiä.
- Vältä paikkoja, joissa tallennin saattaa kallistua, tärinää tai jossa siihen saattaa kohdistua iskuja (mukaan lukien kuljetuksen aikana).
- Vältä paikkoja, joissa säilytetään kemikaaleja tai esiintyy kaasua.

Huomio



- Käyttöolosuhteet:
Lämpötila: +10–+40 °C,
Kosteus: 30–85 % suhteellinen kosteus (ei kondensaatiota).
- Kuljetus- ja säilytysolosuhteet:
Lämpötila: -20–+60 °C,
Kosteus: 10–95 % suhteellinen kosteus (ei kondensaatiota).

2. Varotoimet ennen tallentimen käyttöä

Huomio



- Varmista, että tallennin toimii turvallisesti ja oikein.
- Kun tallenninta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, se saattaa johtaa virheelliseen diagnoosiin tai turvallisuuteen liittyviin ongelmiin. Varmista, että laitteet voidaan liittää turvallisesti.
- Tarkista laitteen ja muiden lääkinnällisten laitteiden väliset häiriöt. Varmista, että tallenninta voidaan käyttää oikein.
- Käytä A&D:n määrittämiä lisälaitteita, lisätarvikkeita ja hyödykkeitä.
- Lue huolellisesti lisätarvikkeiden mukana toimitetut käyttöoppaat. Huomioita ja varoituksia ei kuvailta tässä käyttöoppaassa.
- Jotta tallentimen käyttö on turvallista ja sitä käytetään oikein, tarkista se ennen käyttöä.
- Jätä tallennin normaaliin toimintatilaan vähintään yhdeksi tunniksi ennen käyttöä ja kytke se päälle.



- Liitä vain **tarkoituksenmukaisia lisälaitteita** USB-liittimeen. Älä liitä muita laitteita.
- Yhdistä vain A&D:n valtuuttama mansetti ilmaliittimeen.

Tallentimen valmistelu

- Poista edelliset tallentimeen tallennetut tiedot, ennen kuin sitä käytetään seuraavalla potilaalla.
- Vaihda paristot, ennen kuin tallenninta käytetään seuraavalla potilaalla.

Laite

- Käytä tallenninta vain diagnosointiin ja vastatoimenpiteisiin.
- Varmista, että ilmaletku ja mansetti ovat potilaan päällä oikein. (Esimerkki: ilmaletkun kiertyminen ja jännite, mansetin asento ja suunta)

Ohjeet laitetta käyttävälle potilaalle

- Kerro potilaalle, kuinka AUTO -kytkin kytketään "OFF" tallentimen pysäyttämiseksi, mikäli ongelmia esiintyy potilaan ollessa yksin.
- Kerro potilaalle, että hänen tulee irrottaa tallennin pikaisesti, jos hän tuntee kipua tai mikäli ongelmia ilmenee.
- Käytä varovasti vauvojen ja imeväisten lähetyksillä, sillä ilmaletkuun voi vahingossa kuristua.



3. Verenpaineen mittaamiseen käytettyihin paristoihin liittyvät varoitimet

Huomio




- Aseta paristot paristokotelon sisälle merkittyjen napojen "+" ja "-" mukaisesti. (Napaisuuteen liittyvä varoitus)
- Vaihda käytetyt paristot uusiin samanaikaisesti.
- Poista paristot, jos tallenninta ei olla käyttämässä pitkään aikaan. Paristo saattaa vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Käytä kahta alkaliparistoa (koko AA) tai määrättyjä akkuja (koko AA, Ni-MH).
- Paina ja pidä "-"-navan jousi alaspainettuna paristolla. Liu'uta ja asenna pariston "+"-napa paristokotelon "+"-napaan. Jos paristo asennetaan "+"-navan puolelta, paristokotelo saattaa vaurioitua.

Huomio



- | | |
|---|--|
|  | □ Älä koske samanaikaisesti paristoon ja potilaaseen. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun. |
|  | Älä sekoita vanhaa ja uutta paristoa keskenään. Älä käytä erityyppisiä ja -merkkisiä paristoja. Tämä voi johtaa vuotamiseen, kuumenemiseen ja räjähdykseen. Tallentimessa saattaa esiintyä toimintahäiriö. |

4. Varotoimet käytön aikana


Vaara

- | | |
|---|--|
|  | Älä käytä tallenninta auton tai muun ajoneuvon ajon aikana. Esimerkki: Tallennin saattaa rajoittaa vartalon tai käsien liikettä ajoneuvon ajamisen aikana jne. |
|---|--|

Varoitus

- | | |
|---|--|
|  | Tätä lääkinällistä laitetta saavat käyttää vain lääkärit eli lain mukaan valtuutetut henkilöt. Selitä oikeanlainen käyttö potilaille ja varmista, että he pystyvät keskeyttämään mittauksen ongelmien ilmetessä. |
|  | Älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä (alle 30 cm etäisyydellä). Se voisi aiheuttaa tallentimen toimintahäiriön. |

Huomio

- | | |
|---|---|
|  | □ Keskeytä tallentimen käyttö ja käännä AUTO -kytkin "OFF"-asentoon, jos potilas tuntee kipua käsivarressaan tai jos mittaustulos on virheellinen. |
| | □ Älä käytä tallenninta voimakkaassa magneetti- tai sähkökentässä. |
| | □ Älä käytä tallenninta potilaalla, joka käyttää sydän-keuhkokonetta. |

Huomautus

Ohjeet potilaalle

Jos lämpötila on alhainen, pariston kesto lyhenee ja mittauksia pystytään suorittamaan vähemmän.

5. Varotoimet tallentimen käytön jälkeen

Huomio

Mittaustietojen käsittely

- Käsittele mittaustiedot välittömästi **tarkoituksenmukaisella lisälaitteella.**

Tallennin

- Kun lisätarvikkeet on puhdistettu, järjestele ja varastoi ne.
- Puhdista tallennin siten, että sitä voidaan käyttää seuraavalla mittauskerralla.
- Käännä **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon. Jos **AUTO**-kytkin jätetään "ON"-asentoon, automaattisen mittauksen paineistus käynnistyy, ja mansetti tai muut osat saattavat hajota laajentumisen takia.
- Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja hajottaa tallentimen.
- Lasten ei saa antaa käyttää tallenninta yksinään. Älä jätä tallenninta vauvaikäisten ulottuville. Tämä saattaa johtaa loukkaantumiseen tai vahinkoihin.



Pidä kiinni liittimen koteloinnista, kun liität ja irrotat johdon. Älä vedä johdosta.

Huomautus



Varotoimet tallentimen käytön jälkeen (TM-2441)

Käsittele mittaustiedot välittömästi **tarkoituksenmukaisella lisälaitteella** mittauksen päätyttyä.



Litiumvara-akku

Tallentimessa on sisäänrakennettu litiumvara-akku. Akku antaa virtaa sisäänrakennetulle kellolle, kun verenpaineenmittaukseen käytettäviä AA-paristoja vaihdetaan. Litiumakku latautuu AA-paristoilla.



Vara-akun käyttöiän pidentäminen




- Ensimmäisellä käyttökerralla oston tai yli kuukauden säilytyksen jälkeen, vaihda paristot ja lataa vara-akku. Riittää, kun vara-akkua ladataan 48 tuntia tai kauemmin. (Vara-akku ladataan aina AA-paristoilla.)
- Korvaa kahdella uudella AA-paristolla, kun paristonäytössä näkyy .
- Kun  näkyy paristonäytössä, verenpaineen mittausta ja datansiirtoa ei voida suorittaa. Vaihda tilalle kaksi uutta AA-paristoa.
- Poista paristot, jotta ne eivät vuoda tallentimeen, jos tallenninta ei olla käyttämässä yli kuukauteen.

6. Vastatoimenpiteet, kun laitteessa on virhe

 Varoitus	
	<ul style="list-style-type: none">□ Keskeytä käyttö ja poista AA-paristot. Jos paristonavat ovat oikosulussa, paristo saattaa olla kuuma.□ Jos tallennin on vikatilassa, se voi kuumentua mittauksen aikana; käsittele sitä varoen.□ Kiinnitä "Toimintahäiriö"- tai "Älä käytä"-merkintä tallentimeen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.□ Keskeytä tallentimen toiminta välittömästi, kun mittausaika ylittää 180 sekuntia ja ilmanpaine ylittää 299 mmHg:ä.

7. Huollon varotoimet

 Varoitus	
	<ul style="list-style-type: none">□ Varmista, että tallennin toimii oikein ja turvallisesti, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.□ Suorita tarkistus ja huolto ennen käyttöä, jotta mittaaminen pysyy tarkkana ja turvallisena. Käyttäjä (sairaala, klinikka jne.) on vastuussa lääkinnällisen laitteen käsittelystä. Jos tarkistusta ja huoltoa ei suoriteta oikein, se saattaa johtaa onnettomuuteen.

 Huomio	
	<ul style="list-style-type: none">□ Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa tallentimen hoitoon. Älä käytä haihtuvia aineita, kuten ohennetta tai puhdistettua bensiiniä. Älä käytä märkää liinaa.
	<ul style="list-style-type: none">□ Älä pura tai muokkaa tallenninta (lääkinnällinen sähkölaite). Tämä saattaa vaurioittaa sitä.


8. Voimakkaan sähkömagneettisen aallon aiheuttaman toimintahäiriön varo- ja vastatoimenpiteet


Huomio

- Tallennin on EMD-standardin IEC60601-1-2: 2014 mukainen. Vältäaksesi sähkömagneettiset häiriöt muiden laitteiden kanssa, älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä.
- Jos tallennin sijaitsee lähellä voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja, aaltomuotoihin saattaa päästä kohinaa, jolloin toimintahäiriöt ovat mahdollisia. Jos käytön aikana ilmenee odottamattomia toimintahäiriöitä, tarkista sähkömagneettinen ympäristö ja suorita tarvittavat toimenpiteet.
- Älä käytä *Bluetooth*-yhteyttä langattoman LAN-laitteen tai muiden langattomien laitteiden läheisyydessä, radioaaltoja säteilevien laitteiden kuten mikroaaltouunien läheisyydessä, runsaasti esteitä sisältävissä paikoissa tai muissa paikoissa, joissa signaali on heikko. Näin toimiminen saattaa johtaa yhteyden jatkuvaan katkeiluun, hitaisiin siirtonopeuksiin ja virheisiin.


Huomio

- Seuraavat esimerkit ovat yleisiä toimintahäiriöiden aiheuttajia ja niiden vastatoimenpiteitä.
- Matkapuhelinten käyttö
Radioaallot saattavat aiheuttaa odottamattomia toimintahäiriöitä.
 - Langattomat viestintälaitteet ja kodin verkkolaitteet, kuten radiopuhelimet, langattomat puhelimet ja muut vastaavat viestintälaitteet, voivat vaikuttaa tallentimen toimintaan. Tämän vuoksi tallenninta käytettäessä tällaiset langattomat laitteet on pidettävä vähintään 30 cm:n etäisyydellä.

 **Huomio**

- | | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">□ Jos käyttöympäristössä on staattista sähköä (purkauksia laitteista tai ympäristöstä)<ul style="list-style-type: none">▪ Varmista ennen tallentimen käyttöä, että laitteen käyttäjä ja potilas on purettu staattisesta sähköstä.▪ Kosteuta huone.□ Käyttö IEEE802.11g/b/n langattoman LAN-laitteen lähellä saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka saattavat heikentää yhteysnopeuksia tai estää yhteyden muodostamisen. Kytke tässä tapauksessa käyttämättömän laitteen virransyöttö pois päältä tai käytä laitetta toisessa paikassa. |
|---|---|

9. Ympäristönsuojelu

 **Huomio**








Poista litiumakku tallentimesta ennen tallentimen hävittämistä.

Turvallisen mittauksen varotoimet



Tässä osiossa kuvataan mittausta ja anturia koskevat varotoimet. Selitä seuraavat asiat hyvin potilaalle. Ohjeista potilaalle laitteen oikea käyttö.

Verenpaineen mittaaminen

 Varoitus	
	Varmista, ettei letku ole vääntynyt liikaa ja että ilma virtaa siinä kunnolla. Jos käytetään vääntynyttä letkua, ilmanpaine saattaa jäädä mansettiin, mikä saattaa estää käsivarren verenkierron.
	<ul style="list-style-type: none">□ Älä mittaa verenpainetta potilaan käsivarresta, jos potilaalla on jokin seuraavista. Se voisi johtaa loukkaantumiseen tai vamman pahenemiseen.1) Käsivarressa on vamma tai sairaus.2) Käsivarteen tehdään suonensisäistä tiputusta tai verensiirtoa.3) Raajassa on suntti keinotekoisista dialyysia varten.4) Potilas on ollut vuodehoidossa pitkän aikaa (veritulpan mahdollisuus).

 Huomio	
	<ul style="list-style-type: none">□ Tarkista potilaan tila, jos mittaamisessa ilmenee ongelmia. Potilaan kunto voi heiketä mittauksen rajoitusten ylittyessä, tai vääntynyt letku on saattanut estää ilmavirtauksen.□ Verenpaineen mittaaminen liian usein saattaa aiheuttaa elimistölle vaurioita verenkierron häiriintymisen vuoksi. Varmista, ettei laitteen käyttö johda pitkälliseen verenkierron vajaatoimintaan, kun laitetta käytetään toistuvasti.□ Verenpaineen mittaustulokset eivät välttämättä ole tarkkoja, jos potilaalla on jatkuva rytmihäiriö tai jos hän liikkuu liikaa.

Huomio

	<ul style="list-style-type: none">□ Aseta mansetti sydämen tasolle. (Eri tasolla suoritettut mittausravot ovat virheellisiä.)□ Tallennin vastaa artefaktiin ja ulkoiseen vaikutukseen. Jos mittaustulokset epäilyttävät, mittaa verenpaine auskultaatiolla tai palpaatiolla.□ Mittaustuloksissa saattaa ilmetä virheitä, jos mansetin ympärysmitta ei vastaa potilaan käsivarren ympärysmittaa.
	<p>Älä täytä mansettia ennen kuin se on kääritty potilaan käsivarren ympärille. Tämä saattaa vaurioittaa mansettia tai aiheuttaa sen räjähtämisen.</p>

Huomautus

- Verenpaineen mittaaminen saattaa aiheuttaa ihonalaista verenvuotoa. Tämä ihonalainen verenvuoto on väliaikaista ja katoaa ajan myötä.
- Jos potilas käyttää sydän-keuhkokonetta, verenpainetta ei voida mitata sykkeen puuttumisen vuoksi.
- Verenpainetta ei voida mitata oikein paksujen vaatteiden päältä.
- Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos vaatekappale on rullattu ja käsi puristuu.
- Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos pintaverenkierto ei ole riittävä, verenpaine on liian alhainen tai jos potilaalla on hypotermia (verenkierto ei ole riittävä).
- Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilaalla on jatkuva rytmihäiriö.
- Verenpainetta ei voida mitata oikein väärän kokoisella mansetilla.
- Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos mansettia ei ole asetettu sydämen tasolle.
- Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilas liikkuu tai puhuu mittauksen aikana.
- Kliinisiä kokeita ei ole suoritettu vastasyntyneille vauvoille ja raskaana oleville naisille.
- Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos sinulle on tehty rinnanpoistoleikkaus.

Mansetti

Varoitus



- Hävitä veren saastuttamat mansetit, jotta tarttuvien tautien leviäminen voidaan estää.
- Vältä kokoontaitetun mansetin tai kierretyn ilmaletkun pitkäaikaista säilyttämistä. Tämä saattaa lyhentää osien käyttöikää.

Pulssin mittaaminen

Varoitus



Älä käytä näytettyä pulssia epäsäännöllisen sykkeen diagnosoimiseen.

Huomautus

Tallennin mittaa pulssin verenpainetta mitattaessa.

Pakkausluettelo

Huomio



Tallennin on tarkkuuslaite, joten käytä sitä varoen. Kovat iskut saattavat johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin.

Huomautus


Tallennin toimitetaan erikoispakkauksessa, joka suojaa sitä kuljetuksen aikana. Tarkista pakkausta avatessasi, että se sisältää kaikki pakkausluetteloon merkityt asiat. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään A&D-jälleenmyyjään. Suosittelemme erikoispakkauksen säilyttämistä.

Katso luvusta ”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” mahdolliset vaihtoehdot.

Verenpaineen tallennin	1	
Tarvikkeet		
Aikuisten mansetti 20–31 cm (7,8”–12,2”) vasempaan käsivarteen TM-CF302A	1	
Iso mansetti 28–38 cm (11,0”–15,0”) vasempaan käsivarteen TM-CF402A	1	
Aikuisten mansetin suojus	2	
Ison mansetin suojus	2	
Kantopidike	AX-133025995	1
Vyö	AX-00U44189	1
Klipsi		1
Mittaustulostaulukko (10 arkia)	AX-PP181-S	1
USB-kaapeli	AX-KOUSB4C	1
ABPM Data Manager CD		1
Käyttöopas		1




Verenpaineen tallennin




Aikuisten mansetti vasempaan käsivarteen
Iso mansetti vasempaan käsivarteen

Kantopidike




Vyö

Klipsi




Aikuisten mansetin suojus
Isoman mansetin suojus



Mittaustulostaulukko (10 arkkia)


USB-kaapeli



ABPM Data Manager CD



Käyttöopas



Sisältö

Yhdenmukaisuus	i
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa.....	i
Yhdenmukaisuus FCC-säännösten kanssa	i
FCC:N HUOMIO	i
Yhdenmukaisuus IC-säännösten kanssa	ii
Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännösten kanssa	ii
<i>Bluetooth®</i> :lla lähettäminen	ii
Varoitusmerkintä	iii
Varotoimet	iv
Turvallisen mittauksen varotoimet	xiii
Verenpaineen mittaaminen.....	xiii
Mansetti.....	xv
Pulssin mittaaminen.....	xv
Pakkausluettelo.....	xvi
1. Johdanto	5
2. Ominaisuudet	5
3. Lyhenteet ja symbolit.....	8
4. Tekniset tiedot.....	13
4.1. Tallennin.....	13
4.2. Mitat	16
5. Osien nimet.....	17
5.1. Tallennin.....	17
5.2. Näyttö	18
5.2.1. LCD-paneeli (nestekidenäyttö).....	18
5.2.2. OLED-näyttö (orgaaninen LED).....	19

5.3.	Pääasialliset kytkinten toiminnot.....	20
5.3.1.	A-BPM:n toiminnot.....	20
5.3.2.	S-BPM:n toiminnot.....	23
5.3.3.	Muut toiminnot.....	25
6.	Verenpaineen mittaamisen toiminnot.....	27
6.1.	Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM).....	27
6.1.1.	A-BPM-valmiustila.....	29
6.1.2.	Lepotoiminto ja intervalliaika.....	29
6.1.3.	Mittaamisen pysäyttäminen.....	30
6.2.	Verenpaineen itsemittaus (S-BPM).....	31
6.2.1.	S-BPM-ohjelmat.....	32
6.2.2.	S-BPM:n valmiustila.....	36
6.2.3.	Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen.....	37
6.3.	Mittaustulokset.....	38
6.3.1.	Mittaustulosten näyttäminen.....	38
6.3.2.	Mittaustulosten tallentaminen.....	38
6.3.3.	Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta.....	39
6.3.4.	Tunnistenumerot.....	39
7.	Tallentimen valmistelu.....	40
7.1.	Paristojen asettaminen (paristojen vaihtaminen).....	40
7.1.1.	Paristojen vaihtaminen.....	42
7.2.	Kantopidikkeen valmistelu.....	42
7.3.	Tarkastus ennen käyttöä.....	43
7.3.1.	Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista.....	43
7.3.2.	Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista.....	44

8.	Toiminnot.....	45
8.1.	Käytön vuokaavio.....	45
8.2.	Alkuperäiset asetukset.....	47
8.2.1.	Tehdasasetukset.....	47
8.2.2.	Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto.....	48
8.2.3.	Esipaineistusarvo.....	50
8.3.	A-BPM:n esiasetetut ohjelmat.....	50
8.3.1.	A-BPM:n kohteet ja parametrit.....	52
8.3.2.	A-BPM-ohjelman esimerkit.....	55
8.4.	S-BPM-ohjelmat.....	57
8.4.1.	S-BPM-kohteet ja -parametrit.....	58
8.4.2.	S-BPM-Näyttöesimerkit.....	59
8.5.	Mittaustietojen poistaminen.....	62
8.6.	Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen.....	63
8.6.1.	Tietoja potilaille.....	63
8.6.2.	Mansetin suojus.....	65
8.6.3.	Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminen.....	66
8.7.	Verenpaineen mittaamisen toiminnot.....	69
8.7.1.	A-BPM:n toiminnot.....	69
8.7.2.	S-BPM:n toiminnot.....	71
8.7.3.	Manuaalinen mittaaminen.....	73
8.7.4.	Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen.....	74
8.8.	Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen.....	76
8.8.1.	Liittäminen USB-kaapelilla.....	76
8.8.2.	<i>Bluetooth</i> ®-yhteyden käyttö.....	78
8.8.3.	<i>Bluetooth</i> ®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila).....	79

9.	Huolto	80
9.1.	Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta	80
9.2.	Tuotteen puhdistus.....	81
9.3.	Määräaikaistarkastus	83
9.3.1.	Tarkastus ennen paristojen asettamista.....	83
9.3.2.	Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus.....	84
9.4.	Hävittäminen	85
9.5.	Vianmääritys.....	86
9.6.	Virhekoodit.....	87
10.	Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)	90
11.	Liite	92
11.1.	Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate	92
11.2.	EMD-tiedot	95

1. Johdanto

Kiitos, että ostit tämän tuotteen!

Ambulatorisella TM-2441 -verenpainetallentimella pystytään mittaamaan tarkasti potilaan verenpaine automaattisesti esiasetettuina aikoina (esim. 24 tuntia toistuvasti).

Tämä käyttöopas sisältää asetukset, toiminnot, tilat ja ohjelmat verenpaineen mittaamiseen sekä viestinnän **erilliseen ohjelma- ja huollon osaan**, huollon, tekniset tiedot ja varoitukset. Lue käyttöohjeesta tuotteen oikeasta käytöstä ja pidä käyttöohje aina saatavilla.

2. Ominaisuudet

Yhteenveto

Tallennin on ambulatorinen verenpainemittari, jota voidaan käyttää potilaan ei-invasiiviseen verenpaineen ja sykenopeuden mittaamiseen lääkärin ohjauksessa. Laitteella mitataan ja tallennetaan verenpaineen vaihtelut normaalin päivän aikana.

Tallennin on kannettava, siinä on tietojenkäsittelytoiminto ja se on helppokäyttöinen.

Verenpaineen mittauksen kohderyhmä

Tämä tallennin on tarkoitettu aikuisille (yli 12-vuotiaille).

Käyttötarkoitus

Tallentimessa on kaksi toimintatilaa verenpaineen mittaamiseen. Verenpaineen arvoja voidaan hyödyntää lääkärikäynneillä ja käyttää itsenäiseen terveyden hallintaan.

Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM)

Tähän tilaan voidaan määrittää kuusi paria halutun mukaista käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti, jolloin laite mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot automaattisesti.

Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)

Tämän tilan periaatteena on, että potilas mittaa ja tallentaa verenpaineen kotona tai sairaalassa käyttämällä laitetta itse. Tässä tilassa voidaan käyttää viittä erityyppistä ohjelmaa käyttötavasta riippuen.

Kannettavuus

Tallentimen paino on noin 135 g (ilman paristoja). Se on kämmeneen sopiva ja sisältää mikropumpun. Laitteessa voidaan käyttää kahta AA-alkaliparistoa. (LR6 tai AA-koko)
Myös kahta ladattavaa akkua (AA-koko, Ni-MH-akku) voidaan käyttää.

Käytettävyys

Tallentimen asetukset ja verenpaineen mittausohjelma on helppo määrittää tietokoneeseen asennettua ABPM Data Manageria käyttämällä (**erillinen oheislaitte**).

Ekstensiivinen analyyttinen suorituskyky

Automaattiselle verenpaineen mittaukselle voidaan asettaa mittausten intervalliaika.

Verenpaine voidaan mitata koska tahansa välittömästi manuaalisesti.

S-BPM on varustettu viidellä ohjelmalla erilaisia olosuhteita varten.

Analyysi voidaan suorittaa tehokkaasti tietokoneeseen asennetulla ABPM Data Managerilla (**erillinen oheslaite**).

Lyhyempi mittausaika

Tyhjennysaikaa ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.














Paineistusta ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.








Helppokäyttöisyys

Erillinen oheslaite vastaanottaa tiedot käyttämällä USB-kaapelia.

Vastaanotetut tiedot voidaan analysoida ja tulostaa helposti.

3. Lyhenteet ja symbolit

Symbolit	Tarkoitus
SYS	Systolic blood pressure (systolinen verenpaine)
DIA	Diastolic blood pressure (diastolinen verenpaine)
PUL	Pulse rate (pulssi)
PP	Pulse pressure (Pulssipaine) PP = SYS - DIA
kPa mmHg	Verenpaineen yksikkö
/min	Pulssin yksikkö /minuutti
	Merkki, joka ilmaisee sykkeen mittauksen aikana.
	Bluetooth on käytössä.
	Jatkuvasti näkyvä : A-BPM on käynnissä. Vilkkuva : Intervalliaika "1 mittausarja" on käynnissä.
"  "	IHB/AFib-indikaattori
	Mykistys
	Muisti täynnä, poista tietoja mittauksen aloittamiseksi.
	Paristojen ilmaisin Kun taso 1  näytetään, vaihda paristot, jotta voit käyttää tallenninta.
	A-BPM-lepotilamerkki
	Merkki näkyy määrittämisen aikana.
---	Arvo mittausalueen ulkopuolella tai mahdoton.
E _{xx}	Virhekoodit. xx = 00-99
	S-BPM START -merkki
	S-BPM STOP -merkki
LCD	Liquid crystal display (nestekidenäyttö)
OLED	Organic light emitting diode (orgaaninen LED)
	Varoitusmerkki

Symbolit	Tarkoitus
	Suojaustaso sähköiskuja vastaan: Laitetyyppi BF.
	CE-merkinnän valmistaja. Valmistuspäivä.
SMALL	Pienen mansetin symboli Käsivarren ympärysmitta 15–22 cm 5,9"-8,7"
ADULT	Aikuisten mansetin symboli Käsivarren ympärysmitta 20–31 cm 7,8"-12,2"
LARGE	Ison mansetin symboli Käsivarren ympärysmitta 28–38 cm 11,0"-15,0"
EXTLARGE	Erittäin ison mansetin symboli Käsivarren ympärysmitta 36–50 cm 14,2"-19,7"
Large cuff 28-38cm 11"-15"	Pakkaukseen painettu symboli. Iso mansetti sisältyy pakkaukseen.
Adult cuff 20-31cm 7.8"-12.2"	Pakkaukseen painettu symboli. Aikuisten mansetti sisältyy pakkaukseen.
	Katso lisätietoja käyttöoppaasta tai esitteestä.
	Symboli, jonka merkitys on "Pidä kuivana" ja "Pidä poissa sateesta".
SN	Sarjanumero
	Symboli, joka on painettu paristokoteloon. Pariston asennussuunta (napaisuus).
x2 1.5V LR6 1.2V HR6 not included	Pakkaukseen painettu symboli. Paristot eivät sisälly pakkaukseen.
EMD	Electromagnetic disturbances (sähkömagneettiset häiriöt)
	Symboli, jonka merkitys on "Käsittele varoen".
	Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin symboli.

Symbolit	Tarkoitus
BPM	Blood pressure measurement (verenpaineen mittaaminen)
A-BPM	Automatic blood pressure measurement (automaattinen verenpaineen mittaaminen)
S-BPM	Self blood pressure measurement (verenpaineen itsemittaus)
Sleep, Cycle, Hour, START, Operation	A-BPM-symbolit. #1
OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP	S-BPM-symbolit. #2
Pairing, FlightMode	<i>Bluetooth</i> -symbolit. #3
Not made with natural rubber latex.	Potilasta koskeva varoitus. Painettu mansettiin.
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">⚠ Caution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use alkaline batteries or specified rechargeable batteries and ensure correct polarity (+, -). • Do not mix new, used or different branded batteries. • Firmly secure cuff air hose to main body. </div>	<p>⚠ Varoitukset paristolokeron kannessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Käytä alkaliparistoja tai määrättyjä akkuja ja varmista oikea napaisuus (+, -). □ Älä sekoita uusia, käytettyjä tai erimerkkisiä paristoja. □ Kiinnitä mansetin ilmaletku tiukasti päälaitteeseen.

#1 : Katso ”**6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM)**” ja ”**8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat**” 24 tunnin verenpainetallentimelle.

#2 : Katso ”**6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)**” ja ”**8.4. S-BPM-ohjelmat**” viidelle ohjelmatyypille.


#3 : Katso ”**8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö**” ja ”**8.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)**”.

IHB/AFib-indikaattori

Jos laite havaitsee mittausten aikana epäsäännöllisen rytmin, IHB/AFib-indikaattori tulee näyttöön mittauservojen kanssa.
(vain S-BPM)


1 mittaussarja

"1 mittaussarja" S-BPM:ssä koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.




Valmiustila

A-BPM –**valmiustila** on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata **intervalliajan** aikana.



S-BPM –**valmiustila** on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata intervalliajan ja viimeisen "1 mittaussarjan" ja seuraavan "1 mittaussarjan" aikana.



Erillinen oheislaite

Erillinen oheislaite tarkoittaa tietokonetta, johon ABPM Data Manager on asennettu. ABPM Data Manager on tallennettu lisävaruste-CD:lle. Liitä tallennin vain oheislaitteisiin, jotka ovat sähköisiä lääkintälaitteita koskevan standardin (IEC60601-1) vaatimusten mukaisia. Älä liitä tallenninta muuhun laitteeseen (esimerkki: IEC60950) alueella, jossa käytetään lääkintälaitetta. Käytä USB-kaapelia, joka on lyhyempi kuin 1,5 m.

4. Tekniset tiedot

4.1. Tallennin

Kohde	Kuvaus
Mittausmenetelmä	Oskillometrinen mittausmenetelmä
Paineentunnistusmenetelmä	Puolijohdeinen paineanturi
Paineen näytön arvoalue	0–299 mmHg
Mittaustarkkuus	Paine : ± 3 mmHg Pulssi : ± 5 %
Näytön pienin jako	Paine : 1 mmHg Pulssi : 1 lyönti/minuutti
Mittausalue	Systolinen paine : 60–280 mmHg Diastolinen paine : 30–160 mmHg Pulssi : 30–200 lyöntiä/minuutti
Paineen purkautuminen	Jatkuva purkautuminen ohjatulla turvamekanismin vuotoventtiilillä
Tyhjennys	Sähkömagneettinen venttiili
Paineistusmenetelmä	Mikropumppu
Automaattinen paineistus	85–299 mmHg
Intervalliaika (A-BPM)	Intervallit jokaisessa osiossa, joka jakaa 24 tunnin enintään kuuteen osaan. Intervalli : OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Kello	24 tunnin kello
Näyttö	A-BPM : OLED, 96 x 39 pikseliä, valkoiset merkit S-BPM : 40 x 50 mm:n LCD-näyttö: systolinen paine, diastolinen paine, pulssi, kello, virhe, tilamonitori ja symbolit

Kohde	Kuvaus
Muisti	Mittaustiedot : maks. 600 tietoa
Virransyöttö	Samantyyppisillä paristoilla: <ul style="list-style-type: none"> □ 2 x 1,5 V:n paristot (LR6- tai AA-koko) □ Alkaliparisto tai nikkelimetallihydridiparisto (Ni-MH) 1 900 mAh tai enemmän Sisäänrakennetun kellon vara-akku: ladattava litiumnappiakku ML2016H
Mittauslaskuri	200 kertaa tai enemmän. (kun käytössä uudet alkaliparistot tai nikkelimetallihydridiparistot. Voi vaihdella mittausolosuhteiden mukaan.)
Nimellisjännite	DC 3,0 V (alkaliparisto, LR6), DC 2,4 V (nikkelimetallihydridiparisto, AA-koko)
Rajapinta	<ul style="list-style-type: none"> □ USB : USB1.1-yhteensopiva. Kaaelin pituus : 1,5 m tai lyhyempi. Micro-USB B -liitin voidaan liittää erilliseen oheislaitteeseen (standardi ajuriohjelmisto). □ <i>Bluetooth</i> Ver.4.1 (BLE) : Langaton laite voidaan yhdistää.
Käyttöolosuhteet	Lämpötila : +10–40 °C Kosteus : 30–85 % suhteellinen kostus (ei kondensaatiota)
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila : -20–+60 °C Kosteus : 10–95 % suhteellinen kostus (ei kondensaatiota)
Ympäröivän ilman paine sekä käyttö- että säilytysolosuhteissa	700–1 060 hPa
Suojaustyyppi sähköiskuja vastaan	Sisäisesti virran saava laite


Kohde	Kuvaus
Suojaustaso sähköiskuja vastaan 	Tyyppi BF: Tallennin, mansetti ja letkut on varustettu erityisellä suojalla sähköiskuja vastaan.
CE-merkintä 	EY-direktiivin mukainen merkintä lääkinälliselle laitteelle.
C-Tick-merkintä	Rekisterihallituksen ACA:lle rekisteröimä sertifiikaatiomerkinä.
Mitat	Noin 95 (P) × 66 (L) × 24,5 (K) mm
Paino	Noin 135 g (ilman paristoja)
Käyttöikä	Tallennin : 5 vuotta. Itsetunnistautuminen sisäisillä tiedoilla. Oikeanlainen käyttö ja huolto parhaissa olosuhteissa. Kestävyys vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.
Kotelointiluokka	Laite : IP22
Oletustila	Jatkuva mittaaminen
Uudelleenkäynnistysaika defibrilloinnin jälkeen	Välittömästi
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
Langaton yhteys	LBCA2HNZYZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd) <i>Bluetooth</i> Ver.4.1 BLP Taajuuskaista : 2,4 Ghz (2 400-2 483,5 MHz) Modulaatio : GFSK Säteilyteho: <20 dBm

Huomautus:

- # Tämän laitteen kliiniset kokeet perustuvat ISO 81060-2:2013 -standardiin.
- # Tallennin ei ole potilaan seurantaan sopiva lääkintälaitte. Emme suosittele käyttämään laitetta paikassa, jossa potilasta tulee tarkkailla reaaliaikaisesti, kuten teho-osastolla.

ACA: Australian communications authority (Australian viestintävirasto)

4.2. Mitat



5. Osien nimet

5.1. Tallennin

Aikuisten mansetti ja iso mansetti
vasempaan käsivarteeseen

Valtimon paikkamerkki

Ilmaletku

Ilmapistoke

Ilmaliitin

EVENT-kytkin
A-BPM:lle

OLED A-BPM:lle

START ja
STOP-kytkin
A-BPM:lle

LCD

START ja
STOP-kytkin
S-BPM:lle

AUTO-kytkin
A-BPM:lle

LOCK-kytkin
A-BPM:lle

Paristokotelo ja
2 LR6-paristoa (AA-koko)
mittaukseen

Paristolokeron
kansi

Micro-USB-portti (pohjassa),
Datayhteysliitäntä

5.2. Näyttö

Huomautus

Lue tallentimessa näytetyt tiedot huolellisesti ja tulkitse niitä oikein, jotta voit tehdä tarkan diagnoosin.

5.2.1. LCD-paneeli (nestekidenäyttö)



Seuraavat arvot voidaan näyttää kussakin tilassa:

	Mittaustulokset	A-BPM	S-BPM
Yläarvot	Systolinen verenpaine	Intervalliaika	Ohjelma
Keskiarvot	Diastolinen verenpaine	Jäljellä oleva aika	Painearvo
Ala-arvot	Pulssi	Kellonaika	Kellonaika

Katso "3. Lyhenteet ja symbolit" tarkastaaksesi LCD-näytössä käytettyjen symbolien merkityksen.

5.2.2. OLED-näyttö (orgaaninen LED)

A-BPM:n tila ilmoitetaan OLED-näytössä.

Kellonaika.

Asetuksien ja käytön tila.

A-BPM:n mittausarvo.



SYS Systolinen verenpaine.

DIA Diastolinen verenpaine.

PUL Pulssi.

mmHg Verenpainearvon yksikkö.

/min Pulssin yksikkö.

Katso "3. Lyhenteet ja symbolit" tarkastaaksesi OLED-näytössä käytettyjen symbolien merkityksen.

Symbolit	Tarkoitus
	Merkki näytetään määrittämisen aikana.
	Jatkuvasti näkyvä: A-BPM on käynnissä. Vilkkuva: Intervalliaika "1 mittausarja" on käynnissä.
	<i>Bluetooth</i> on käytössä.
	Muisti täynnä
	A-BPM-lepotilamerkki
	Paristojen varaustason ilmaisin

5.3. Pääasialliset kytkinten toiminnot


5.3.1. A-BPM:n toiminnot


A-BPM:n aloittaminen ja keskeyttäminen.

Vaihtaminen A-BPM:n ja S-BPM:n välillä

1. vaihe Tallenna esiasetettu ohjelma (käynnistysajat ja intervallit) A-BPM:ää varten.

2. vaihe Käytä **AUTO**-kytkintä seuraaviin toimintoihin.

"ON"A-BPM käynnistyy ja -merkki ilmestyy näyttöön. Verenpaineen mittaukset suoritetaan esiasetetun A-BPM-ohjelman mukaisesti.

"OFF"A-BPM keskeytyy ja  merkki häviää näytöstä. Verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa käyttämällä esiasetettuja S-BPM-ohjelmia.

A-BPM:n lukitseminen "ON"-tilaan

Pidä **AUTO**-kytkin "ON"-asennossa käyttäen **LOCK**-kytkintä, jotta A-BPM voidaan suorittaa.

A-BPM:n intervalliajan pidentäminen

1. vaihe Aseta lepotila "ON"-asentoon ennen mittaamista.

2. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "ON"-asentoon käyttääksesi A-BPM-toimintoa. Merkki  ilmestyy näyttöön.

3. vaihe Kun **EVENT**-kytkintä painetaan A-BPM:n aikana, intervalliaika tuplaantuu. Kun **EVENT**-kytkintä painetaan uudelleen, intervalliaika palautuu perusarvoonsa.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun **START/STOP**-kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

A-BPM:n ohjelman asettaminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin ”**OFF**”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Kun **START/STOP**-kytkintä pidetään painettuna, paina **EVENT**-kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes OLED-näyttöön tulee ilmoitus **Sleep**.
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
Katso ”**8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit**”
EVENT-kytkinMuuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkinValinta, seuraava kohta, asetuksista poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana (A-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön. A-BPM-**valmiustila** on tila, jossa verenpainetta ei mitata **intervalliajan** aikana.
2. vaihe Paina **START/STOP**-kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.


Kellonajan säätäminen A-BPM:n tarkkailutoiminnon asettaminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Kun **START/STOP**-kytkintä pidetään painettuna, paina **EVENT**-kytkintä, kunnes OLED-näyttöön tulee **Display** (tekstin **Sleep** jälkeen).
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
Katso "**8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto**"
EVENT-kytkinMuuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkinValinta, seuraava kohta, asetuksista poistuminen.

5.3.2. S-BPM:n toiminnot



S-BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Valitse S-BPM-ohjelma ja tallenna sen parametrit.
2. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
3. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:

S-BPM-ohjelmat	Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Paina  -kytkintä käynnistääksesi esiasetetun ohjelman valmiustilassa.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	
Verenpaineen kotimittaus HBP	
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Esiasetettu ohjelma siirtyy valmiustilaan "käynnistysaikaan" tai "hälytyksen käynnistysaikaan" saakka.
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	



S-BPM:n pysäyttäminen.

Toiminnot ovat seuraavat:


S-BPM-ohjelmat	Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	
Verenpaineen kotimittaus HBP	
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen. Seuraavan käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan tai hälytys alkaa soimaan. #1
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	

#1 : Katso "6.2.1. S-BPM-ohjelmat".

S-BPM:n ohjelman asettaminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Samalla, kun pidät -kytkintä painettuna, paina **START/STOP**-kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes **SEL** tulee näkyviin LCD-paneeliin.
3. vaihe Toiminnot ovat seuraavat: Katso "8.4. S-BPM-ohjelmat".
-kytkinMuuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkinValinta, seuraava kohta, asetuksista poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen S-BPM:n aikana (S-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä palataksesi S-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina -kytkintä S-BPM:n valmiustilassa. "1 mittaussarjan"-verenpainemittaukset suoritetaan välittömästi.

"1 mittaussarja" koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta. S-BPM -**valmiustila** on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata intervalliajan ja viimeisen "1 mittaussarjan" ja seuraavan "1 mittaussarjan" aikana.

5.3.3. Muut toiminnot

Valmiustilasta palaaminen ja monitorin näyttäminen

Jos OLED- tai LCD-merkki ei näy, paina

START/STOP - tai **EVENT** -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

Mittaustietojen poistaminen

1. vaihe Aseta **AUTO** -kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos merkki ei ole näkyvässä, paina **START/STOP** - tai **EVENT** -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun **START/STOP** -kytkin on painettuna, paina **EVENT** -kytkintä, kunnes **DataClear** (tekstien **Sleep** ja **Display** jälkeen) tulee OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
 - Jos poistat tietoja, pidä **START/STOP** -kytkin painettuna. Teksti **Erasing** vilkkuu tekstin **DataClear** alla OLED-näytössä ja tietojen poistaminen käynnistyy. Siirry poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
 - Jos säilytät (et poista) tiedot, paina **EVENT** -kytkintä ja siirry vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.

4. vaihe Poisto

OLED **DataClear**
Erasing

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen.

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP** tai **EVENT**-kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Pidä **EVENT**-kytkin painettuna, kunnes **Pairing** (**FlightMode**:n jälkeen) näytetään OLED-näytössä. Tallennin alkaa odottaa yhteyden muodostamista.
4. vaihe Kun *Bluetooth*-yhteys on muodostettu, ✈-merkki näkyy LCD-paneelissa.
 - Jos peruutat nykyisen yhteyden, paina **EVENT**-kytkintä. Tallennin siirtyy valmiustilan näyttöön.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen (Lentotila)

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP** tai **EVENT**-kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Pidä **EVENT**-kytkin painettuna, kunnes **FlightMode** tulee näkyviin OLED-näyttöön.
4. vaihe Lentotila voidaan kytkeä päälle/pois **START/STOP**-kytkimellä.



5. vaihe Paina **EVENT**-kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

6. Verenpaineen mittaamisen toiminnot


Tallentimessa on automaattinen verenpaineen mittaustoiminto (A-BPM) ja verenpaineen itsemittaustoiminto (S-BPM), ja se voi tallentaa mittaustiloja ja mittaustuloksia.

6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM)

! Huomio




- Kun A-BPM keskeytetään tai sitä ei käytetä, aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon. Jos **AUTO**-kytkin jätetään "ON"-asentoon, mittaaminen käynnistyy seuraavan käynnistysajan aikana, ja mansetti saattaa räjähtää.
- Estä **LOCK**-kytkimellä **AUTO**-kytkimen tahaton kytkeytyminen "OFF"-asentoon A-BPM:n käytön aikana.



A-BPM-toiminto mittaa verenpaineen esiasetettuina intervalliaikoina käyttämällä sisäänrakennettua kelloa ja tallentaa mittaustulokset muistiin.

A-BPM voidaan aloittaa ja keskeyttää **AUTO**-kytkimellä. Estä **LOCK**-kytkimellä tahaton kytkeytyminen A-BPM:n käytön aikana.

Merkki  näkyy LCD-paneelissa, kun A-BPM on käytössä. Verenpaine mitataan automaattisesti A-BPM:n käynnistyessä.

Esipaineistusarvo voidaan asettaa etukäteen.

160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]

Jos AUTO on asetettu esipaineistusarvoksi, paineistusarvo valitaan automaattisesti. Tehdasasetus on 180 mmHg. Katso luvusta **"8.2.3. Esipaineistusarvo"**, kuinka esipaineistusarvo valitaan.

Jos painetta ei ole tarpeeksi, uudelleenpaineistus suoritetaan automaattisesti enintään kahdesti.

Kun poistat tietoja muistista tai kytket **AUTO**-kytkimen **"OFF"**-asentoon, paineistusarvo nollataan esipaineistusarvoon.

Kun mittauksessa ilmenee virhe ja odotusaika seuraavaan käynnistysaikaan on yli 8 minuuttia, verenpaine mitataan kerran 120 sekunnin kuluttua. Mittaustulos tallennetaan muistiin.


Jos haluat keskeyttää A-BPM:n, vapauta **LOCK**-kytkin ja aseta **AUTO**-kytkin **"OFF"**-asentoon.

6.1.1. A-BPM-valmiustila

LCD-paneelissa voi näkyä mittauksen tilan seurantaan liittyviä tietoja A-BPM:n odotusaikana.

Valmiustilassa tiedot poistetaan automaattisesti. Tiedot tulevat näkyviin mitä tahansa kytkintä painettaessa.

A-BPM-**valmiustila** on tila, jossa verenpainetta ei mitata intervalliajan aikana.




6.1.2. Lepotoiminto ja intervalliaika

Aseta lepotoiminto "ON"-asentoon esiasetetussa ohjelmassa.

Kun **EVENT**-kytkintä painetaan A-BPM:n aikana, intervalliaika tuplaantuu. Kun **EVENT**-kytkintä painetaan uudelleen A-BPM:n aikana, intervalliaika palautuu takaisin alkuperäisen pituiseksi.

Katso luvusta "8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat", kuinka lepotoiminto asetetaan.



6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen

Kun **START/STOP**-kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

Huomautus

Kun mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi **E07** tulee OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)

Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon käyttääksesi S-BPM-ohjelmia.

Tallentimessa on viisi erilaista S-BPM-ohjelmaa, jotka on sovitettu eri mittausympäristöjen olosuhteisiin. Parametrit ja mittauks tulokset voidaan tallentaa muistiin.

Nimi	Ohjelman kuvaukset ja toiminnot	Kohteet
OBP <i>obP</i>	Verenpaineen vastaanottomittaus Ohjelma, jolla sairaalan henkilökunta mittaa verenpaineen. "1 mittausarja" : Verenpaine mitataan kerran.	Ei sov.
AOBP <i>Rob</i>	Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus Ohjelma, jolla verenpaine mitataan, kun ollaan sairaalahoidossa. "1 mittausarja" : Mittaaminen suoritetaan mittauslaskurilla ja intervalliajalla.	Lukumäärä Intervalli
HBP <i>hbP</i>	Verenpaineen kotimittaus #1 Ohjelma, jolla verenpaine voidaan mitata kotona. "1 mittausarja" : Mittaaminen suoritetaan mittauslaskurilla ja intervalliajalla.	Lukumäärä Intervalli
ANBP <i>Rnb</i>	Automaattinen verenpaineen yömittaus #2 Ohjelma, jolla verenpaine voidaan mitata yöllä. Ohjelma käyttää mittauslaskuria ja intervalliaikaa. ANBP voi määrittää enintään kuusi käynnistysaikaa vuorokaudessa.	Käynnistysaika Lukumäärä Intervalli
ASBP <i>RSb</i>	Automaattinen verenpaineen itsemittaus #2 Ohjelma, joka ilmoittaa käynnistysajat merkkiäänellä. Paina  /  -kytkintä ja mittaa verenpaine kotona. Merkkiääni voi määrittää enintään kuusi käynnistysaikaa vuorokaudessa.	Hälytyksen käynnistysaika Lukumäärä Intervalli


#1 : Verenpaine mitataan Japanin verenpainetautijärjestön määrittämällä tavalla.

#2 : Kun ANBP:n tai ASBP:n mittauslaskuri- ja intervalliaikoja muutetaan, myös HBP:n asetukset muuttuvat.

6.2.1. S-BPM-ohjelmat

Verenpaineen vastaanottomittaus


OBP *obP*


Kun -kytkintä painetaan, verenpaine mitataan kerran ja tulos tallennetaan muistiin.




Verenpaineen kotimittaus

HBP *hbP*

Kun -kytkintä painetaan, HBP käynnistyy. HBP suorittaa "1 mittausarjan". "1 mittausarja" koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittauksen lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Kun -kytkintä painetaan "1 mittausarjan" aikana, "1 mittausarja" pysähtyy.




Automaattinen verenpaineen yömittaus


ANBP *Rrb*

ANBP voi määrittää enintään kuusi esiasetettua **käynnistysaikaa** vuorokaudessa. Kun ANBP-ohjelman parametrit on tallennettu, ANBP käynnistyy ja "1 mittausarja" suoritetaan kullekin **käynnistysajalle**. "1 mittausarja" koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja intervallaiaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran. Viimeinen intervallaiaika jätetään huomiotta.

Huomautus

ANBP:n manuaalinen verenpaineen mittaaminen

Kun -kytkintä painetaan S-BPM:n valmiustilassa, "1 mittausarja" suoritetaan.



T : Intervallaiaika

Automaattinen verenpaineen itsemittaus

ASBP *RSb*

ASBP voi määrittää hälytykselle enintään kuusi **käynnistysaikaa**.


Kun ASBP-ohjelman parametrit on tallennettu, ASBP käynnistyy, ja merkkiäänä kuuluu aina **käynnistysajan** alkaessa.



Paina -kytkintä suorittaaksesi **"1 mittausarja"**

merkkiäänä kuuluessa. **"1 mittausarja"** koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittauksen lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Huomautus

ASBP:n manuaalinen verenpaineen mittaaminen

Kun -kytkintä painetaan valmiustilassa viimeisen **"1 mittausarjan"** ja seuraavan **"1 mittausarjan"** välillä, **"1 mittausarja"** suoritetaan.



T : Intervalliaika



6.2.2. S-BPM:n valmiustila


Toimintotila ja painearvo näytetään LCD-näytössä S-BPM:n valmiustilassa.

- # LCD-paneelin näkymä häviää automaattisesti, kun mitään toimintoa ei suoriteta muutamaan minuuttiin. Vaikka LCD-paneelin näyttö ei ole näkyvässä, manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan käynnistää painamalla [Up/Down] -kytkintä. Kun [START/STOP] - tai [EVENT] -kytkintä painetaan, näkymä tulee taas esiin.

"1 mittausarja" koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Kellomerkki ⌚ vilkkuu LCD-näytössä "1 mittausarjan" intervalliajan aikana.



S-BPM-valmiustila on tila, jolloin verenpainetta ei mitata "intervalliajan" ja viimeisen "1 mittausarjan" ja seuraavan "1 mittausarjan" aikana.



6.2.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen

Huomautus

Kun A-BPM pysäytetään, pysäytyskoodi **E07** tulee näkyviin LCD-paneeliin ja se tallennetaan muistiin.

S-BPM-ohjelmat	Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	
Verenpaineen kotimittaus HBP	
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen. Seuraavan käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan tai hälytin alkaa soimaan. #1
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	

#1 : Katso "6.2.1. S-BPM-ohjelmat".

6.3. Mittaustulokset

6.3.1. Mittaustulosten näyttäminen


Tarkkailutoiminto voi valita ”**Display ON**”- tai ”**Display OFF**”-komennolla A-BPM:n mittaustulokset. Tämä toiminto ei ole käytössä S-BPM:ssä.

”**Display ON**” komento sisältää ”Painearvo mittauksen aikana”, ”mittaustulos”- ja ”Mittaustuloksen virhekoodi” -tiedot. Kun ”**Display OFF**”-komento on valittuna, kellonaika näkyy näytössä.

Tehdasasetuksena on ”**Display ON**”.

Katso luvusta ”**8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto**”.

6.3.2. Mittaustulosten tallentaminen



Huomio



Mittaustulostietojen käsittely

Älä käytä voimakkaassa sähkömagneettisessa kentässä.

Mittaustulosten tallennuskapasiteetti on 600 tietosarjaa.

Kun muisti on täynnä, **[M]**-merkki näkyy näytössä ja tallennin ei suorita mittauksia ennen kuin tiedot poistetaan muistista.

Huomautus

Poista tiedot muistista ennen kuin annat tallentimen toiselle potilaalle. Suosittelemme tallentimen muistitietojen käyttöä jokaiselle henkilölle erikseen. Jos tallentimen muistissa on usean henkilön tietoja, tietoja voi olla vaikea käsitellä oikein.

6.3.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta

Muistiin tallennetut tiedot voidaan siirtää oheislaitteelle USB-tiedonsiirrolla.


Katso luvusta ”**8.8. Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen**”.

Huomio



Älä irrota kaapelia USB-tiedonsiirron ollessa käytössä. Se voi vahingoittaa tietoja.

Huomautus

Kun paristotilan ilmaisin näyttää , tiedonsiirtoa ei voida suorittaa. Vaihda paristot, jotta voit suorittaa tiedonsiirron.

6.3.4. Tunnistenumerot

Tunnistenumero on oletuksena ”0”.

Määritä tunnistenumerot **erillisellä oheislaitteella**.

Huomautus

Tunnistenumeroita ei voida määrittää tallentimella, vaan siihen vaaditaan **erillinen oheislaitte**.

7. Tallentimen valmistelu

7.1. Paristojen asettaminen (paristojen vaihtaminen)




Huomio

- Aseta kaksi uutta paristoa oikeanapaisesti paristokotelon "+"- ja "-"-napojen mukaisesti ennen tallentimen liittämistä.
- Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti.
- Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Käytä kahta LR6-tyyppistä alkaliparistoa tai määrättyä Ni-MH-AA-akkua.
- Kun asennat paristoa paristokoteloon, paina ensin jousitettua napaa "-"- pariston navalla. Aseta sitten "+"-napa. Jos paristo asennetaan "+"-navan puolelta, pariston pinnoite saattaa vaurioitua navan jousesta.



Älä sekoita erilaisia paristoja tai käytettyjä paristoja uusien kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa niiden vuotamisen, lämpenemisen tai vaurioita.

Huomaus

- Kun pariston varaustaso 1  näkyy näytössä, vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta paristoa ennen tallentimen liittämistä.
- Tallennin ei pysty suorittamaan verenpaineen mittausta tai tiedonsiirtoa, kun pariston varaustaso 1  näkyy näytössä.
- Kun paristot ja kiinteä akku ovat tyhjät, näyttö ei toimi ollenkaan.
- Aseta paristot merkkien () suuntaisesti.

Toimenpide

1. vaihe Avaa paristokotelon kansi.

2. vaihe Poista käytetyt paristot.


3. vaihe Katso merkkien suunta (+) paristokotelon sisältä. Aseta kaksi uutta paristoa oikeinpäin "+"- ja "-"-napojen mukaan.

Paina jousitettua napaa pariston "-"-navalla.

4. vaihe Aseta paristo painamalla "+"-napaa.

5. vaihe Aseta toinen paristo samalla tavalla.

6. vaihe Sulje paristokotelon kansi.



Huomio



- Pidä paristot ja paristokotelon kansi vauvaikäisten ja lasten ulottumattomissa niiden nieluun joutumisen ja muiden onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä tavallisia AA-paristoja. Älä käytä turvonnutta akkua tai sellaista, joka on kääritty teippiin. Kannen avaaminen saattaa olla vaikeaa.

7.1.1. Paristojen vaihtaminen

Mittaustulokset ja asetusten parametrit tallennetaan, kun paristot poistetaan. Kun kiinteä akku tyhjenee, päivämäärä nollautuu arvoon 01/01/2017 00:00.

Tarkista ja säädä nykyistä aikaa paristojen vaihdon yhteydessä.


Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto” ja aseta kellonaika.

7.2. Kantopidikkeen valmistelu

Huomautus

Käytä vyötä, kun kantopidike on liitettynä.

Suosittellemme vyön käyttöä tallentimen kiinnittämiseksi potilaaseen.



7.3. Tarkastus ennen käyttöä

Huomio



Tarkasta tallentimen kunto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi sen toimivuus ja turvallisuus.

Tarkista seuraavat asiat ennen paristojen asettamista ja paristojen asettamisen jälkeen. Jos ongelmia ilmenee, lopeta tallentimen käyttö ja lisää siihen viesti "**Toimintahäiriö**" tai "**Älä käytä**". Ota yhteyttä paikalliseen myyjään korjausta varten.

7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista

Nro	Kohde	Kuvaus
1	Ulkopinta	Ei pudotuksen aiheuttamia vaurioita tai muodonmuutoksia.
		Ei vaurioituneita tai huonosti kiinnitettyjä kytkimiä jne.
2	Paristo	Tarkista, etteivät paristot ole tyhjä. Vaihda kaksi uutta paristoa, ennen kuin laitetta käytetään potilaalla.
3	Mansetti	Tarkista, ettei mansetti ole rispaantunut. Jos mansetti on rispaantunut, se saattaa räjähtää sisäisen paineen takia.
4	Mansetin liitäntä	Tarkista, ettei ilmaletkussa ole kierteitä ja ettei se ole taivutunut.
		Tarkista, että ilmapistoke ja -liitin on liitetty tukevasti.
5	Lisätarvikkeet	Tarkista, ettei lisätarvikkeissa ole vaurioita. (Kantopidike, vyö jne.)

7.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista

Nro	Osio	Kuvaus
1	Paristo	Tarkista, ettei paristosta tule liekkejä, savua tai voimakasta hajua.
		Tarkista, ettei laitteesta kuulu epätavallista ääntä.
2	Näyttö	Tarkista, ettei näyttö näytä epätavalliselta.
3	Käyttö	Tarkista, että tallennin toimii oikein.
4	Mittaaminen	Tarkista, että mittaaminen voidaan suorittaa oikein. Mansetti, mittaaminen, näyttö ja tulokset toimivat oikein.

8. Toiminnot

8.1. Käytön vuokaavio


Huomautus

Alkuperäisiä arvoja (sisäänrakennettu kello, tarkkailutoiminto ja paineistusarvo) ja esiasetettua ohjelmaa (A-BPM ja S-BPM) ei tarvitse tallentaa joka kerta. Ne tallentuvat poistamisen ja päivityksen aikana, ja kun tallenninta käytetään ensimmäisen kerran.

Tallentimen asetukset voidaan tallentaa **erillisellä ohjelmalla**. Lue ABPM Data Managerin ohjekirjaa.

A-BPM:n ja S-BPM:n mittausmenetelmät ovat erilaiset.

- A-BPM:ssä voidaan määrittää kuusi paria halutun mukaista käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti, jolloin laite mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot automaattisesti.
- S-BPM olettaa, että potilas mittaa oman verenpainensa kotona tai sairaalassa käyttämällä laitetta itse. Tässä tilassa voidaan käyttää viittä erityyppistä ohjelmaa käyttötavasta riippuen.



Koko käyttömenetelmä

8.2. Alkuperäiset asetukset

8.2.1. Tehdasasetukset

Tehdasasetukset (alkuperäiset asetukset):

Yleiset asetusten kohteet

Kohde	Tehdasasetus
Tarkkailutoiminto	ON (päällä)
Vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti	Toimituspäivä

A-BPM:n kohteet

Kohde	Tehdasasetus
Lepotila	OFF
Intervalliaika, kun lepotila on ON-tilassa	30 minuuttia
Osion 1 käynnistysaika	0 tuntia
Osion 1 intervalliaika	30 minuuttia
Osion 2 käynnistysaika	0 tuntia #1
Automaattisen mittaamisen käynnistysaika	OFF
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika	OFF

Tehdasasetusten sisältö



Kun **AUTO**-kytkin asetetaan "ON"-asentoon, A-BPM käynnistyy. Verenpaine mitataan 30 minuutin välein, kunnes kytkin asetetaan "OFF"-asentoon.

- #1 : Osion 2 intervalliajan ja osion 6 intervalliajan väliset asetukset jätetään huomiotta, koska osioiden 1 ja 2 käynnistysajan arvo on sama.

S-BPM:n kohteet

Kohde	Tehdasasetus	
Ohjelmavalinta	Verenpaineen vastaanottomittaus (OBP)	
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Ei sov.	
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	Mittauslaskuri	2 kertaa
	Intervalliaika	5 minuuttia
Verenpaineen kotimittaus HBP	Mittauslaskuri	2 kertaa
	Intervalliaika	1 minuutti
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Osion käynnistysaika	2 tuntia
	Mittauslaskuri	2 kertaa
	Intervalliaika	1 minuutti
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	Hälytyksen käynnistysaika	7 tuntia, 22 tuntia
	Mittauslaskuri	2 kertaa
	Intervalliaika	1 minuutti

Tehdasasetusten sisältö

Kun -kytkintä painetaan, kun -kytkin on asetettu "OFF"-asentoon, S-BPM:n esiasetettu ohjelma (OBP) käynnistyy. Ohjelma (OBP) mittaa verenpaineen kerran ja tallentaa tuloksen muistiin.

8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto

Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.

- Tallentimen kytkimillä.
- Käyttämällä **erillistä oheslaitetta**, joka on liitetty tallentimeen USB-kaapelilla.

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Kun **START/STOP**-kytkintä pidetään painettuna, paina **EVENT**-kytkintä, kunnes OLED-näyttöön tulee **Display** (tekstin **Sleep** jälkeen).
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
EVENT-kytkinMuuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkinValinta, seuraava kohta, asetuksista poistuminen.
Sen jälkeen käytä näitä kytkimiä toisissa kohteissa.
5. vaihe Kun asetukset on määritetty, paina **START/STOP**-kytkintä palataksesi valmiustilaan.

Kohde	OLED	Arvoalue
Tarkkailutoiminto	Display xx	xx = OFF, ON
Vuosi	Clock Year xx	xx = 17 -99. Viimeiset kaksi vuosiluvun numeroa.
Kuukausi	Clock Mon. xx	xx = 1 -12 kuukausi
Päivä	Clock Day xx	xx = 1 -31 päivä
Tunti	Clock Hour xx	xx = 0 -23 tunti
Minuutti	Clock Min. xx	xx = 0 -59 minuutti

Kehystetyt arvot : tehdas- ja alkuperäiset arvot, kun paristot ovat täysin tyhjä.


8.2.3. Esipaineistusarvo

Esipaineistusarvo voidaan asettaa etukäteen.

160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]

Jos AUTO on määritetty paineistuksen esiarvoksi, oikea paineistusarvo valitaan automaattisesti. Tehdasasetus on 180 mmHg.

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Valitse paineistusarvo **START/STOP**-kytkimellä.



8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat

Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.

- Tallentimen kytkimillä.
- Käyttämällä **erillistä ohjelmistoa**, joka on liitetty tallentimeen USB-kaapelilla.

A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin, kun automaattinen mittaaminen pystytään suorittamaan.

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Kun **START/STOP**-kytkintä pidetään painettuna, paina **EVENT**-kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes OLED-näyttöön tulee ilmoitus **Sleep**.
4. vaihe Määritä lepotila seuraavilla kytkimillä. Jos lepotila on "ON"-tilassa, jatka vaiheesta 5.
EVENT-kytkin Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkin Valinta, seuraava kohta.
5. vaihe Määritä **käynnistysaika** ja **intervalli** enintään kuudelle osiolle seuraavilla kytkimillä.
EVENT-kytkin Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkin Valinta, seuraava kohta.
6. vaihe Määritä automaattisen mittaamisen **käynnistysaika** ja **toiminta-aika** seuraavilla kytkimillä.
EVENT-kytkin Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkin Valinta, seuraava kohta, asetuksista poistuminen.
7. vaihe Kun asetukset on tehty, tallennin palaa valmiustilaan.

Huomio



Älä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana. Jos paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit

A-BPM:n esiasetettu ohjelma on seuraavanlainen:

Kohde		OLED	Parametri
Lepotila		Sleep xx	xx = ON, <input type="checkbox"/> OFF #1, #2
	Intervalliaika	Cycle xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, <input type="checkbox"/> 30, 60, 120 minuuttia
Osio 1	Käynnistysaika	Hour 1 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0–23 tuntia
	Intervalliaika	Cycle 1 xx	xx = OFF, 5, 10, 15, 20, <input type="checkbox"/> 30, 60, 120 minuuttia
Osio 2	Käynnistysaika	Hour 2 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0–23 tuntia
	Intervalliaika	Cycle 2 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Osio 3	Käynnistysaika	Hour 3 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0–23 tuntia
	Intervalliaika	Cycle 3 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Osio 4	Käynnistysaika	Hour 4 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0–23 tuntia
	Intervalliaika	Cycle 4 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Osio 5	Käynnistysaika	Hour 5 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0–23 tuntia
	Intervalliaika	Cycle 5 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Osio 6	Käynnistysaika	Hour 6 xx	xx = <input type="checkbox"/> 0–23 tuntia
	Intervalliaika	Cycle 6 xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
	Käynnistysaika	START xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 0-23 tuntia #3, #4
	Toiminta-aika	Operation xx	xx = <input type="checkbox"/> OFF, 1-27 tuntia #3, #4

Automaattinen mittaaminen

Kehystetyt arvot : tehdasasetukset.

#1 : Kun lepotila on asetettu valintaan "ON", automaattisen mittauksen **käynnistysaika** ja **toiminta-aikaa** sekä lepotilan **intervalliaikaa** voidaan käyttää. Näiden osioiden (1-6) **intervalliaikaa** ei voida käyttää.

#2 : Kun lepotila on asetettu valintaan "OFF", lepotilan **intervalliaikaa** ei näytetä.

#3 : Esimerkki automaattisesta mittauksesta.

Jos **käynnistysaika** on määritetty ja **toiminta-aika** asetetaan valintaan "OFF", kun -kytkin on "ON"-tilassa, A-BPM käynnistyy asetetussa **käynnistysajassa** ja se jatkuu, kunnes -kytkin viehdään "OFF" asentoon. Jos -kytkin viehdään uudelleen "ON" asentoon, A-BPM käynnistyy asetetussa **käynnistysajassa**.

Huomautus

Jos **toiminta-aika** on asetettu ja -kytkintä käytetään A-BPM:n aikana, A-BPM jatkuu tämän toiminnon **toiminta-ajan** verran.

#4 : Esimerkki automaattisesta mittauksesta.

Jos **käynnistysaika** on asetettu valintaan "OFF" ja **toiminta-aika** on asetettu, kun -kytkin viehdään "ON"-asentoon A-BPM käynnistyy **toiminta-ajaksi**.
Jos

-kytkin viehdään "OFF"-asentoon A-BPM:n aikana, A-BPM pysähtyy. Jos -kytkin viehdään uudelleen "ON"-asentoon, A-BPM suoritetaan **toiminta-ajan** verran.

Huomautus

Jos **käynnistysaika** on asetettu ja -kytkintä käytetään

A-BPM:n aikana A-BPM pysähtyy ja se käynnistetään seuraavana päivänä asetettuna **käynnistysaikana**.

Kohteen sisältö

Lepotila :

Automaattisen mittauksen **intervalliaika** voidaan määrittää.

Osioiden (1-6) **intervalliaikaa** ei voida käyttää.

Katso ”**6.1.2. Sleep-toiminto ja intervalliaika**”.

Osio :

24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.

Jokaiselle osiolle voidaan määrittää **käynnistysaika** ja

intervalli. A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin,

kun automaattinen mittaus voidaan suorittaa.

Automaattinen mittaaminen :

Koko A-BPM on hallittavissa. Aseta **käynnistysaika** ja

toiminta-aika. Katso ”**8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit**”.

8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit

Esimerkki Käynnistysajat ja intervallit. Yksinkertaistettu syöte.

Kaksoisosiot


Osion 1 **käynnistysaika** = 7:00

Osion 1 **intervalliaika** = 15

Osion 2 **käynnistysaika** = 22:00

Osion 2 **intervalliaika** = 60

Osion 3 **käynnistysaika** = 7:00 Sama kuin osiossa 1



Osiota 3 ja seuraavia kohteita ei näytetä, koska osion 3 käynnistysaika on sama kuin osiossa 1.


Kun osioiden 2, 3, 4, 5 tai 6 **käynnistysaika** on sama kuin osiossa 1, näitä **käynnistysaikoja** ja **intervalleja** ei näytetä.

Esimerkki 1 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen **käynnistysaika** = OFF,

Automaattisen mittaamisen **toiminta-aika** = OFF.

Kun **AUTO**-kytkin on asetettu "ON"-asentoon, A-BPM suoritetaan **käynnistysajan** ja **kunkin osion** intervalliajan mukaan, kunnes **AUTO**-kytkin asetetaan "OFF"-asentoon.



Esimerkki 2 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen **käynnistysaika** = 7:00,


Automaattisen mittaamisen **toiminta-aika** = OFF.

Kun **AUTO**-kytkin asetetaan "ON"-asentoon, A-BPM

käynnistyy klo 7:00. A-BPM:ää jatketaan kunkin osion

käynnistysajan ja **intervallin** perusteella, kunnes

AUTO-kytkin asetetaan "OFF"-asentoon.



Esimerkki 3 Automaattinen mittaaminen


Automaattisen mittaamisen **käynnistysaika** = OFF,

Automaattisen mittaamisen **toiminta-aika** = 26 tuntia.

Kun **AUTO**-kytkin asetetaan "ON"-asentoon, A-BPM jatkaa

toimintaansa kunkin osion **käynnistysajan** ja **intervallin**

perusteella 26 tunnin ajan.



8.4. S-BPM-ohjelmat

Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.

- Tallentimen kytkimiä käyttämällä.
- Käyttämällä **erillistä oheislaitetta**, joka on liitetty tallentimeen USB-kaapelilla.

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin ”**OFF**”-asentoon.
2. vaihe Samalla, kun pidät **◀/▶**-kytkintä painettuna, paina **START/STOP**-kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes **SEL** tulee näkyviin LCD-paneeliin.
3. vaihe Valitse S-BPM-ohjelma seuraavilla kytkimillä.
Ohjelma : OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
◀/▶-kytkinMuuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkinValinta, seuraava kohta.
4. vaihe Määritä kukin kohde (**Mittauslaskuri, Intervalliaika, käynnistysaika ja hälytyksen käynnistysaika**) seuraavilla kytkimillä.
◀/▶-kytkinMuuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP-kytkinValinta, seuraava kohta, asetuksista poistuminen.
5. vaihe Kun asetukset on tehty, S-BPM:n kello näkyy näytössä.

Huomio



Älä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana.
Jos paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

8.4.1. S-BPM-kohteet ja -parametrit

Ohjelma	Kohde	Parametri
S-BPM-ohjelma		
	Ohjelma	OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Verenpaineen vastaanottomittaus		
OBP	Ei sov.	Ei sov.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus		
AOBP	Mittauslaskuri	2, 1–5 mittausta
	Intervalliaika	5, 3–10 minuuttia
Verenpaineen kotimittaus		
HBP	Mittauslaskuri	2, 1–5 mittausta
	Intervalliaika	1, 1–5 minuuttia
Automaattinen verenpaineen yömittaus		
ANBP	Käynnistysaika	2, 0–23 tuntia #1
	Mittauslaskuri	2, 1–5 mittausta
	Intervalliaika	1, 1–5 minuuttia
Automaattinen verenpaineen itsemittaus		
ASBP	Hälytyksen käynnistysaika	7, 22, 0–23 tuntia #2
	Mittauslaskuri	2, 1–5 mittausta
	Intervalliaika	1, 1–5 minuuttia

Kehystetyt arvot : tehdasasetukset.

- #1 : 24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Kukin osio pystyy määrittämään verenpaineen mittaamisen **käynnistysajan**.
- #2 : 24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Kukin osio pystyy määrittämään verenpaineen mittaamisen **hälytyksen käynnistysajan**.

8.4.2. S-BPM-Näyttöesimerkit

Verenpaineen vastaanottomittauksen näyttö

OBP *obP*

OBP:ssä ei ole määritettäviä asetuksia.



Automaattisen verenpaineen vastaanottomittauksen näyttö AOBP *Rob*

AOBP käyttää **mittauslaskuria** ja **intervalliaikaa**. AOBP

suorittaa "1 **mittaussarjan**" rauhoittumiseen tarkoitettun

valmiustilan päätyttyä. Katso "6.2.1. S-BPM-ohjelmat" tiedot "1

mittaussarja"-toiminnosta.



Mittauslaskuri



Intervalliaika

Verenpaineen kotimittauksen näyttö

HBP *hbP*

HBP käyttää **mittauslaskuria** ja **intervalliaikaa**. HBP

suorittaa "1 **mittaussarjan**". Katso luvusta "6.2.1.

S-BPM-ohjelmat" tiedot "1 **mittaussarja**"-toiminnosta.



Mittauslaskuri




Intervalliaika

Automaattisen verenpaineen yömittauksen näyttö

ANBP *Anb*

ANBP voi määrittää "1 mittausarjalle" enintään kuusi käynnistysaikaa. Katso luvusta "6.2.1. S-BPM-ohjelmat" tiedot "1 mittausarja"-toiminnosta.

Kun viimeisin käynnistysaika on sama kuin ensimmäinen, käynnistysaika ja käynnistysajan asetukset ovat valmiit. Määritä seuraavaksi mittauslaskuri ja intervalliaika "1 mittausarja"-toiminnolle.



Esimerkki Asetukset ja yksinkertaistettu syöte

Mittaaminen suoritetaan kello 22:00 ja 4:00.


Osion 1 käynnistysaika = 4:00

Osion 2 käynnistysaika = 22:00

Osion 3 käynnistysaika = 4:00 Sama kuin osiossa 1

Mittauslaskuri = 2 mittausa

Intervalliaika = 0:01 minuuttia




Automaattisen verenpaineen itsemittauksen näkymä

ASBP ASb

ASBP voi määrittää hälytykselle enintään kuusi **käynnistysaika**.

Merkkiäni kuuluu jokaisen käynnistysajan kohdalla.

Paina -kytkintä suorittaaksesi "1 mittausarjan" merkkiäni kuuluessa. Katso "6.2.1. S-BPM-ohjelmat" -luvusta tiedot "1 mittausarja" -toiminnosta.

Kun viimeisin **käynnistysaika** on sama kuin ensimmäinen, **käynnistysaika** ja **käynnistysajan** asetukset ovat valmiit.

Määritä seuraavaksi **mittauslaskuri** ja **intervalliaika** "1 mittausarja"-toiminnolle.



Hälytyksen ensimmäinen käynnistysaika



Hälytyksen toinen käynnistysaika



Hälytyksen kolmas käynnistysaika




Mittauslaskuri




Intervalliaika

Esimerkki Asetukset ja yksinkertaistettu syöte

- Äänimerkki kuuluu 22:00 ja 7:00.

Paina -kytkintä suorittaaksesi "1 mittausarjan".

- Osion 1 **käynnistysaika** = 22:00
- Osion 2 **käynnistysaika** = 7:00
- Osion 3 **käynnistysaika** = 22:00 Sama kuin osiossa 1
- Mittauslaskuri** = 2 mittausa
- Intervalliaika** = 0:01 minuuttia



8.5. Mittaustietojen poistaminen

Käyttötarkoitus ja toiminnon selitys

Mittaustiedot poistetaan, mutta asetustiedot säilyvät.

Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.

- Tallentimen kytkimillä.
- Käyttämällä **erillisiä oheislaitteita**, jotka on kytketty tallentimeen USB-kaapelilla.

Huomio



- Jos mittaustiedot poistetaan, niitä ei enää voi käyttää. Varmuuskopioi tiedot ennen poistamista.
- Poista viimeisen potilaan mittaustiedot ennen tallentimen käyttämistä seuraavalla potilaalla.
- Tietojen poistaminen voi kestää useita sekunteja. Älä käytä laitetta, jotta tiedot poistetaan oikein.

Kytinten käyttötapa

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos merkki ei ole näkyvässä, paina **START/STOP** tai **EVENT**-kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun **START/STOP**-kytkin on painettuna, pidä **EVENT**-kytkin painettuna, kunnes **DataClear** (tekstien **Sleep** ja **Display** jälkeen) tulee OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
 - Jos poistat tietoja, pidä **START/STOP**-kytkin painettuna. Teksti **Erasing** vilkkuu tekstin **DataClear** alla OLED-näytössä ja tietojen poistaminen käynnistyy. Siirry poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
 - Jos pidät tiedot (et poista niitä), paina **EVENT**-kytkintä ja siirry vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.

8.6. Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen

8.6.1. Tietoja potilaille

Selvitä seuraavat asiat potilaalle, jotta hän pystyy käyttämään tallenninta turvallisesti.

Varotoimet verenpaineen mittaamisen aikana

- Rentouta käsivartesi ja pysy paikallasi, kun mansetti alkaa täyttyä ilmalla.
- Pysy samassa asennossa koko mittaamisen ajan.
- Vältä värinää ja melua mittaamisen aikana.
- Verenpaine mitataan noin minuutti paineistuksen jälkeen. Pysy paikallasi, kunnes mittaaminen on suoritettu. Mittaamisprosessi mansetin täytöstä ilman vapauttamiseen kestää noin 170 sekuntia.
- Tallennin saattaa täyttää mansetin uudelleen ja mitata verenpaineen vielä kerran paineistuksen jälkeen. Tämä saattaa johtua kehon liikkeestä jne.
- Tallennin saattaa käynnistää verenpaineen mittaamisen noin 120 sekunnin kuluttua, kun mittaustiedot ovat virheelliset ja seuraava mittaaminen alkaa 8 minuutin kuluttua. Tämä saattaa johtua kehon liikkeestä jne.
- Tallennin saattaa häiritä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden käyttöä. Vältä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden käyttöä käyttäessäsi tallenninta.

Mittaamisen lopettaminen tai keskeyttäminen

Paina **START/STOP**-kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen. Virhekoodi tallennetaan muistiin. Verenpaine mitataan uudelleen noin 120 sekunnin kuluttua.


S-BPM:n A-BPM-, ANBP- ja ASBP-toimintoihin liittyen vain käynnissä oleva verenpaineen mittausta voidaan keskeyttää, ja ”1 mittausarja” suoritetaan seuraavana käynnistysaikana. Aseta **AUTO**-kytkin ”**OFF**”-asentoon niin A-BPM keskeytyy.

Poista mansetti, jos käynnissä olevaa verenpaineen mittausta ei voida pysäyttää **START/STOP**-kytkimellä.

Huomio



- Paina **START/STOP**-kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen. ”1 mittausarja” suoritetaan silti seuraavan käynnistysajan kohdalla A-BPM-, ANBP- ja ASBP-tiloissa S-BPM-toiminnossa.
- Jos käsivarressa tuntuu kipua tai tapahtuu jotakin odottamatonta, pysäytä mittaaminen, poista mansetti ja ota yhteyttä lääkäriin. Aseta **AUTO**-kytkin ”**OFF**”-asentoon niin A-BPM keskeytyy.

Aseta **AUTO**-kytkin ”**ON**”-asentoon automaattisen A-BPM:n palauttamiseksi. Merkki  näytetään LCD-paneelissa ja OLED-näytössä. Tietojen tallennusta jatketaan, kunnes se asetetaan ”**OFF**”-valintaan.

Manuaalinen mittaaminen A-BPM:n aikana

Esimääritettyyn ohjelmaan sisältyvän tilapäisen mittauksen menettely.


1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina **START/STOP**-kytkintä mitataksesi verenpaineen välittömästi A-BPM:n aikana.
3. vaihe Mittaustulokset tallennetaan muistiin.

Kun **START/STOP**-kytkintä painetaan mittauksen aikana, mittaaminen keskeytyy.

Tallentimen käyttöä koskevat varoimet

- Tallennin on tarkkuusinstrumentti. Älä pudota tai kolhi tallenninta.
- Tallennin ja mansetti eivät ole vedenpitäviä (vedenkestäviä). Estä tuotetta joutumasta kosketuksiin sateen, hien ja veden kanssa.
- Älä aseta mitään tuotteen päälle.
- Jos mansetti siirtyy liiallisen liikkumisen takia, kiinnitä se takaisin paikalleen.
- Aseta ilmaletku siten, ettei siihen muodostu kierteitä ja ettei se kierry kaulan ympärille nukkumisen aikana.

Paristojen vaihtaminen

Kun -merkki näkyy näytössä, tallennin ei pysty mittaamaan verenpainetta tai kommunikoimaan **erillisen oheislaitteen** kanssa. Vaihda tallentimeen välittömästi kaksi uutta paristoa.

8.6.2. Mansetin suojus

Huomautus

- Pidä mansetti ja mansetin suojus puhtaina.
- Vaihda mansetin suojus jokaiselle henkilölle.
 - Käytä asianmukaisia mansetin suojuksia.

8.6.3. Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminen

Huomio

- Älä kiinnitä mansettia, jos potilaalla on ihotulehdus, pintahaavoja jne.
- Poista mansetti ja lopeta sen käyttö, jos potilaalla ilmenee ihotulehdus tai muita oireita.
- Estä ilmaletkua kiertymästä kaulan ja kehon ympärille.
- Käytä varoen vauvaikäisten lähettyvillä kuristumisvaaran vuoksi.
- Liitä ilmaletkun liitin tiukasti, kunnes se ei enää kierry. Jos liitin ei ole kiinnitetty kunnolla, se voi johtaa ilman vuotamiseen ja mittausvirheisiin.

Huomautus


- Kiinnitä mansetti oikeaan asentoon ja kiedo se käsivarren ympärille, jotta verenpaine mittaautuu oikein.
- Vältä mansettiin ja ilmaletkuun kohdistuvaa värinää mittaamisen aikana. Tallennin mittaa pienimmänkin ilmanpaineen poikkeaman mansetin sisällä.
- Lisämansetti on vasempaan käsivarteen tarkoitettu aikuisten mansetti. Jos mansetin koko ei ole oikea, osta toinen mansetti.


Käsivarren ympärysmitta		
Pieni mansetti	15–22 cm	5,9"–8,7"
Aikuisten mansetti	20–31 cm	7,8"–12,2"
Iso mansetti	28–38 cm	11,0"–15,0"
Erittäin iso mansetti	36–50 cm	14,2"–19,7"

- Pidä mansetti puhtaana.
- Suosittelemme, että potilas käyttää kantopidikettä ja vyötä.
- Mansettia ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Mansetin, tallentimen ja pidikkeen päälle asettaminen

1. vaihe Vedä mansetin pääty lenkin läpi niin, että mansetista tulee rannekkeen muotoinen.
2. vaihe Etsi vasemman käsivarren olkavarsivaltimo palpaatiolla.
3. vaihe Kiinnitä mansetti suoraan ihoon siten, että valkoinen merkki on suoraan olkavarsivaltimon päällä ja mansetin reuna on noin 1–2 cm:ä kyynärtaipeen yläpuolella.
4. vaihe Kiedo mansetti siten, että lenkki on rajojen sisällä, sileä eikä valu, mutta sisään mahtuu kaksi sormea.
5. vaihe Kiinnitä ilmaletku teipillä siten, että se ylittää olkapään.
6. vaihe Pujota vyö kantopidikkeen läpi.
7. vaihe Säädä vyötä siten, että kantopidike on vasemmalla puolella.
8. vaihe Liitä ilmapistoke tallentimen ilmaliittimeen.
9. vaihe Aseta tallennin kantopidikkeeseen.





8.7. Verenpaineen mittaamisen toiminnot

8.7.1. A-BPM:n toiminnot

Kun A-BPM käynnistetään, verenpaine mitataan esiasetettujen parametrien mukaisesti.


Huomautus

- Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen mittaamista, sillä A-BPM käyttää niitä. Katso luvusta "8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto" ja luvusta "8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat".
- Kun talletin irrotetaan, aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon. Jos tallennin irrotetaan A-BPM-toiminnon aikana, mansetin täyttö käynnistetään **käynnistysaikana**, ja mansetti saattaa hajota. Kun A-BPM:ää jatketaan, aseta **AUTO**-kytkin "ON"-asentoon.
- ⌚-merkki näkyy näytössä A-BPM:n ollessa käytössä.
- Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa A-BPM:n valmiustilassa.
- Manuaalisen verenpaineen mittauksen tulos voidaan tallentaa muistiin.
- Kun A-BPM pysäytetään, virhekoodi **E07** tulee OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

A-BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "ON"-asentoon.
2. vaihe Merkki ⌚ näytetään OLED- ja LCD-näytössä. A-BPM käynnistyy.

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe  merkki on hävinnyt näytöstä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun **START/STOP**-kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana (Manuaalinen verenpaineen mittaaminen A-BPM:ssä)


1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**-tai **EVENT**-kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön. A-BPM-**valmiustila** on tila, jossa verenpainetta ei mitata **intervalliajan** aikana.
2. vaihe Paina **START/STOP**-kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

Intervalliajan pidentäminen tai takaisinpalauttaminen

Kun lepotila on "ON"-tilassa ja **EVENT**-kytkintä painetaan A-BPM:n odotustilassa, intervalliaika tuplaantuu.

8.7.2. S-BPM:n toiminnot


Huomautus

- Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen mittaamista, sillä S-BPM käyttää niitä.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto” ja luvusta ”8.4. S-BPM-ohjelmat”.
- Poista paristot, kun potilas irrottaa tallentimen ja mansetin, kun ANBP tai ASBP on käytössä (myös valmiustilassa). Jos paristot jätetään paristokoteloon, mansetti saattaa hajota, kun tallennin täyttää mansetin seuraavan ”1 mittausarjan” aikana. Jos potilas jatkaa mittaamista, aseta paristot ja paina -kytkintä.
- Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa S-BPM:n valmiustilassa.
- Manuaalisen verenpaineen mittauksen tulos voidaan tallentaa muistiin.
- Kun S-BPM pysäytetään, virhekoodi **E07** tulee OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.


S-BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin ”OFF”-asentoon.

2. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:



S-BPM-ohjelmat	Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Paina  -kytkintä käynnistääksesi esiasetetun ohjelman valmiustilassa.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	
Verenpaineen kotimittaus HBP	
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Esiasetettu ohjelma siirtyy valmiustilaan ” käynnistysaikaan ” tai ” hälytyksen käynnistysaikaan ” saakka.
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	

Verenpaineen välitön mittaaminen S-BPM:n aikana (S-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**-tai **EVENT**-kytkintä palataksesi S-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina -kytkintä S-BPM:n valmiustilassa. ”1 mittaussarjan”-verenpainemittaukset suoritetaan välittömästi.

S-BPM:n pysäyttäminen tai keskeyttäminen

Toiminnot ovat seuraavat:

S-BPM-ohjelmat	Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	
Verenpaineen kotimittaus HBP	
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen. Seuraavan käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan tai hälytin alkaa soimaan. #1
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	

#1 : Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.

8.7.3. Manuaalinen mittaaminen

Käytä manuaalista verenpaineen mittaamista alustavana testimittauksena ja välittömään verenpaineen mittaamiseen.

Huomautus

- Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan käynnistää välittömästi valmiustilassa.
- Mittaustulos tallennetaan muistiin.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana (A-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan näyttöön. A-BPM-**valmiustila** on tila, jossa verenpainetta ei mitata **intervalliajan aikana**.
2. vaihe Paina **START/STOP**-kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

Verenpaineen välitön mittaaminen S-BPM:n aikana (S-BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä palataksesi S-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina **↕/⊙**-kytkintä S-BPM:n valmiustilassa. ”**1 mittaussarjan**”-verenpainemittaukset suoritetaan välittömästi.


8.7.4. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen

Käynnissä oleva A-BPM-, S-BPM- ja manuaalinen verenpaineen mittaus voidaan pysäyttää tai keskeyttää välittömästi.

Huomautus

Kun verenpaineen mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi **E07** tulee OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

A-BPM:n keskeyttäminen



1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe  merkki on hävinnyt näytöstä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun **START/STOP**-kytkintä painetaan verenpaineen mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten mukaisesti.

S-BPM:n pysäyttäminen tai keskeyttäminen

Toiminnot ovat seuraavat:

S-BPM-ohjelmat	Toiminnot
Verenpaineen vastaanottomittaus OBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus AOBP	
Verenpaineen kotimittaus HBP	
Automaattinen verenpaineen yömittaus ANBP	Paina  -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen mittaamisen. Seuraavan käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan tai hälytin alkaa soimaan. #1
Automaattinen verenpaineen itsemittaus ASBP	

#1 : Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.

8.8. Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen

8.8.1. Liittäminen USB-kaapelilla

Lue tietoja yhteysasetuksista ABPM Data Managerin ohjekirjasta.

Huomio

Kaapelin liittäminen


- Liitä asianmukainen USB-kaapeli micro-USB-liittimeen.
- Liitä kaapeli oikein päin. Vääränlainen liittäntä saattaa johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin. Varmista, että liitin on kunnolla kiinni.
- Verenpainetta ei voi mitata USB-tiedonsiirron aikana.
- Älä liitä potilasta, kun tallennin on kytketty kaapeliin. Kaapeli voi kietoutua kehon tai kaulan ympärille.

Erillisen oheislaitteen valmistelu

- Irrota tallennin ja mansetti potilaasta ennen tallentimen liittämistä (TM-2441) **erilliseen oheislaitteeseen**.

Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen USB-kaapelilla


1. vaihe Avaa tallentimen micro-USB-liittäntä. Liitä USB-kaapeli.



Yhteyden muodostaminen erillisen oheislaitteen kanssa

1. vaihe Liitä micro-USB-kaapeli tallentimen ja **erillisen oheislaitteen** välille.
2. vaihe Merkkiäni kuuluu ja **uSb** näytetään LCD-paneelissa. Datayhteys siirtyy valmiustilaan.
3. vaihe Suorita analyysi **erillisellä oheislaitteella**. Datayhteys siirtyy aktiiviseen online-tilaan vain USB-yhteyden aikana.

Liitä Micro-USB-kaapeli



Yhteyden katkaiseminen erilliseen oheislaitteeseen

1. vaihe Irrota kaapeli valmiustilassa.

8.8.2. *Bluetooth*[®]-yhteyden käyttö

Bluetooth-laitteen ja toisen laitteen välille tulee muodostaa yhteys, jotta ne voivat kommunikoida keskenään. Kun tallentimen ja toisen laitteen välille on saatu muodostettua yhteys, laitteet kommunikoivat automaattisesti.

Huomautus

- Varmista, että kaikki muut *Bluetooth*-laitteet ovat yhteyden muodostuksen aikana kytketty pois päältä. Montaa laitetta ei voida yhdistää samanaikaisesti.
- Jos tallennin yhdistetään toiseen laitteeseen, ensimmäisen laitteen yhteys katkeaa.
- Jos laitteet eivät pysty kommunikoimaan keskenään yhdistämisen jälkeen, yritä uudelleen.

Bluetooth[®]-Yhteyden muodostaminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Pidä **EVENT**-kytkin painettuna, kunnes **Pairing** (**FlightMode** jälkeen) näytetään OLED-näytössä. Tallennin alkaa odottaa yhteyden muodostamista.
4. vaihe Kun *Bluetooth*-yhteys on muodostettu, ✂ -merkki näkyy LCD-paneelissa.
 - Jos peruutat nykyisen yhteyden, paina **EVENT**-kytkintä. Tallennin siirtyy valmiustilan näyttöön.

8.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)

Lentotila voi keskeyttää Bluetooth-yhteyden.

Lentotilan käyttäminen

1. vaihe Aseta **AUTO**-kytkin "OFF"-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvässä, palaa valmiustilan näyttöön painamalla **START/STOP**- tai **EVENT**-kytkintä.
3. vaihe Pidä **EVENT**-kytkin painettuna, kunnes **FlightMode** tulee näkyviin OLED-näyttöön.
4. vaihe Lentotila voidaan kytkeä päälle/pois päältä **START/STOP**-kytkimellä.



5. vaihe Paina **EVENT**-kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

9. Huolto

9.1. Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta

Lääkinnällisiä laitteita, kuten tämä tallennin, tulee huoltaa siten, että ne toimivat oikein tarvittaessa ja että niiden käyttö pysyy turvallisena potilaalle ja käyttäjälle. Pääsääntö on se, että potilaan tulee suorittaa laitteelle päivittäisiä tarkastuksia, esimerkiksi ”käyttöä edeltävä tarkastus”.

Päivittäinen huolto, kuten käyttöä edeltävä tarkastus, on tarpeellista tallentimen toimivuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Suosittellemme tallentimen tarkastusta säännöllisesti kerran vuodessa.

Huomautus

Terveystieteiden tutkimuskeskuksen täytyy suorittaa huoltotoimet ja varmistaa, että lääkitieteellisen laitteen käyttö on turvallista.

9.2. Tuotteen puhdistus

Huomio

- Puhdista tallennin ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Puhdista tallennin ennen sen asettamista seuraavaan potilaaseen.
- Älä puhdista tallenninta suihkuttamalla sen päälle vettä tai upottamalla sen veteen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun tallennin pyyhitään vedellä ja antiseptisellä liuoksella, puhdista tallennin niin, ettei sen sisään pääse nesteitä.
- Desinfioi tallennin säännöllisesti infektioiden estämiseksi. Älä käytä sterilointilaitetta.
- Älä käytä tallentimen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia (esim. ohennin) tai povidoni-jodiliuosta. Se voi aiheuttaa värin muutoksia, vaurioita ja toimintahäiriöitä.
- Älä käytä tallentimen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tms. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita.

Vahvistu mansetin puhdistamisen jälkeen

- Varmista, että mansetin kupla on asetettu oikein mansetin kankaan sisään. Jos sitä ei ole asetettu oikein, mansetin täytön aikana voi syntyä vaurioita tai tapahtua räjähdys.

Tallentimen puhdistus

Pyyhi lika ja pöly tallentimen ulkopuolelta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vedellä tai lämpimällä vedellä ja joka on puristettu hyvin kuivaksi. Jos tallentimen ulkopintaan on tarttunut verta tai lääkettä, pyyhi se ensin antiseptiseen liuokseen kostutetulla liinalla, joka on puristettu hyvin kuivaksi. Pyyhi pinnat tämän jälkeen veteen tai lämpimään veteen kostutetulla, hyvin kuivaksi puristetulla liinalla.

Suosittellemme antiseptisen liuoksen käyttöön sopivia kemikaaleja (aineen nimi), jotka löytyvät taulukosta (**Esimerkki käyttöön sopivasta antiseptisestä liuksesta (Aineen nimi)**).

Mansetin puhdistus

Kun puhdistat ja desinfioit mansetin suojuksen ja mansetin kankaan, poista mansetin kupla mansetin kankaan sisältä. Puhdista lika ja pöly veteen tai lämpimään veteen kostutetulla liinalla, joka on puristettu hyvin kuivaksi.

Katso mansetin desinfiointia varten taulukossa ilmoitetut antiseptiset liuokset (**Esimerkki käyttöön sopivasta antiseptisestä liuksesta (Aineen nimi)**).

Esimerkki käyttöön sopivasta antiseptisestä liuksesta (Aineen nimi)

Komponentin nimi	Tuotteen nimi
Bentsalkoniumkloridi	Bentsalkoniumkloridi 10 % liuos
Isopropanoli	70 % 1-propanoli
Etanoli	Etanoli desinfiointiin 76,9–81,4 vol %

Lue tuotteen ohjeet ennen sen käyttöä.

Huomautus

Mansetti ja ilmaletku kuluvat käytössä. Nämä on vaihdettava uusiin, jos mittausvirheitä alkaa tapahtua usein tai jos verenpainetta ei voida mitata. Katso tämän oppaan ”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” -osio.

9.3. Määräaikaistarkastus

Suorita päivittäinen määräaikaistarkastus, jotta tallenninta voidaan käyttää oikein.

Tarkastustoimet kuvataan alla:

9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista

Kohde	Kuvaus
Ulkopinta	Ei vaurioita tai pudotusten aiheuttamia muodonmuutoksia.
	Ei likaa, pölyä tai naarmuja missään osissa.
	Paneeli ei ole haljennut tai kolise.
Käyttö	Kytkimet ja painikkeet eivät ole vaurioituneet tai kolise.
Näyttö	Näyttöpaneeli ei ole likainen tai naarmuinen.
Mittaus Mansetti	<ul style="list-style-type: none">□ Ilmaletkua ei saa taittaa. Jos mansettiin jää ilmaa, se saattaa aiheuttaa ääreisverenkiertohäiriöitä estäen verenkierron käsivarressa.□ Mansetin kupla on asetettu oikein mansetin kankaan sisään.□ Mansetti ei ole rispaantunut. Mansetti ei ole kietoutunut.
	Vaihda mansetti, jos siinä havaitaan vikaa. Mansetti hävitetään
	<ul style="list-style-type: none">□ jos siinä on halkeama tai tarttuvaa materiaalia mansetin ja mansetin kuplan välisessä liitoksessa.□ jos ilmaletku menettää joustavuutensa ja kovettuu.□ jos ilmaletkun pinta alkaa kiiltää tai tuntua öljyiseltä.□ jos ilmakuplassa on halkeamia.
	#1 Mansetit on suositeltavaa vaihtaa kolmen vuoden välein niiden käyttötaajuudesta riippumatta.
Kuluvat varusteet	Kantopidikkeessä, vyössä ja mansetissa ei ole vaurioita.
Liitانتä	Ilmapistoke on liitetty oikein ilmaliittimeen.

9.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus

Kohde	Kuvaus
Ulkopinta	Ei liekkejä, savua tai voimakasta hajua.
	Ei omituista ääntä.
Käyttö	Kytkimet ja painikkeet toimivat ongelmitta.
Mittaus-mansetti	Mittausarvot ovat lähellä normaaleja arvoja.
	Mittauksen aikana ei kuulu omituisia ääniä tai tapahdu mitään normaalista poikkeavaa.
Verenpainearvon tarkistus	Jos verenpainearvot ovat virheellisiä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.



9.4. Hävittäminen

Noudata paikallisia lakeja tuotteen hävittämisessä ja kierrättämisessä ympäristöä suojelevalla tavalla.

Mansetin hävittäminen

Potilaalla käytettävä mansetti on lääketieteellistä jätettä. Hävitä se asianmukaisesti lääketieteellisenä jätteenä.

Kiinteän akun hävittäminen

 Huomio	
	Tallentimessa on sisällä vara-akku. Kun tallennin hävitetään, paristo tulee hävittää asianmukaisella tavalla paikallisten ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti.

Muut

Nimi	Osa	Materiaali
Pakkaus	Kotelo	Pahvi
	Pehmuste	Ilmatyyny, erikoiskotelo
	Pussi	Vinyyli
Tallennin	Kotelo	ABS + polykarbonaattiharts
	Sisäosat	Yleiset osat
	Runko	Rauta
	Kiinteä vara-akku	Litiumnappiakku : ML2016H
	Paristo	Alkaliparisto : 1,5 V, LR6- tai AA-koko Akku: AA-koko Ni-MH-akut, 1 900 mAh tai enemmän

9.5. Vianmääritys

Katso seuraava tarkistuslista ja virhekoodilista ennen kuin otat yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Jos nämä toimet eivät korjaa ongelmaa tai ongelma ilmenee uudelleen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Näyttö ei toimi kytkimiä painettaessa.	Paristoista on loppunut virta.	Asenna uudet paristot.
Ei OLED-näyttöä A-BPM:n aikana.	OLED voi kadota sähköstaattisten vaikutusten vuoksi.	Poista paristot ja asenna ne takaisin.
Kellon toistuva nollautuminen.	Vara-akku ei lataudu. #1	Lataa sitä 48 tuntia käyttäen uusia paristoja.
Ei paineistusta	Mansettia ei ole liitetty kunnolla.	Tarkista mansetti ja ilmaletku taitosten ja kiertymisen varalta ja tarkista niiden liitäntä.
Ei USB-yhteyttä #2	Yhteyskaapeli on irrotettu.	Tarkista, että kaapeli on liitetty oikein.
Paristolokeroa ei saada auki	Käytetyt paristot eivät ole oikean kokoiset.	Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

#1 : Käyttäjät (valtuuttamattomat huoltohenkilöt) eivät saa vaihtaa vara-akkuja (litiumakku), joka sijaitsee tallentimen sisällä olevassa virtapiirissä. Vara-akku ladataan paristoilla (LR6- tai AA-koko) mittaamista varten.

#2 : **Erillinen oheislaite** on välttämätön.



Huomio



Älä pura tai muokkaa tallenninta. Se saattaa vaurioitua.

9.6. Virhekoodit

Mittaamisen virhekoodit

Koodi	Tarkoitus	Syy ja ratkaisu
E03	Ei painetta -virhe	Vapauta mansettiin jäänyt ilma.
E04	Alhainen paristovaraus	Vaihda tilalle uudet paristot.
E05	Paineistusvirhe	<ul style="list-style-type: none">□ Täyttyminen ei saavuta kohdepainetta.□ Tarkista mansetin liitäntä.□ Jos mansetin liitännässä ei ole vikaa, tallentimessa voi olla toimintahäiriö, joka tulee tarkistaa.
E06	Paine ylittää arvon 299 mmHg	Keho on saattanut liikkua paineistuksen aikana. Rentoudu ja pysy paikalla mittauksen aikana. Jos tämä ei auta, tarkista tallennin.
E07	Pakotettu lopettamaan START/STOP - tai  -kytkimen käyttö.	Paina START/STOP - tai  -kytkintä vain tarvittaessa.
E08	Verenpaineen mittaaminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">□ Sykettä ei pystytäkään havaitsemaan kehon liikkeen tai vaatteiden aiheuttamien äänien takia.□ Rentoudu ja yritä olla liikkumatta.□ Tarkista mansetin asento.□ Jos tämä toimintavirhe jatkuu, vaikka olet rentona, ota yhteyttä jälleenmyyjään tallentimen tarkistamista ja korjausta varten.
E09	Sisäänrakennetun kiihdytysanturin virhe.	Poista paristot ja aseta ne uudelleen paikalleen.

Koodi	Tarkoitus	Syy ja ratkaisu
E 10	Keho liikkuu liikaa.	Rentoudu ja pysy paikallasi mittauksen aikana.
E20	Raja-arvojen ulkopuolella, $30 \leq \text{PUL} \leq 200$	<p>Jos nämä virheet toistuvat useasti, kokeile toisenlaista verenpaineen mittaustapaa.</p> <p>#1 $\text{PP} = \text{SYS} - \text{DIA}$ SYS : Systolinen verenpaine DIA : Diastolinen verenpaine PP : Pulssipaine</p>
E21	Raja-arvojen ulkopuolella, $30 \leq \text{DIA} \leq 160$	
E22	Raja-arvojen ulkopuolella, $60 \leq \text{SYS} \leq 280$	
E23	Raja-arvojen ulkopuolella, $10 \leq \text{PP} \leq 150$ #1	
E30	Mittausaika on yli 180 sekuntia.	
E31	Ilmanpoisto kestää yli 90 sekuntia.	Jos ilmanpoisto tapahtuu hitaasti, laite tulee tarkistaa.
E48	Sykettä ei havaita.	Sykettä ei havaita kehon liikkeen jne. takia. Mittaa verenpaine, kun olet rentoutunut etkä liiku.
E60	Intervalliajan asetukset ovat virheelliset.	Jos intervalliaika on asetettu 120 minuutiksi, viimeisen käynnistysajan ja seuraavan käynnistysajan väli ei voi olla tasan kaksi tuntia.
E90	Turvapiirissä ei painetta -virhe.	<ul style="list-style-type: none"> □ Näkyy mittaamisen käynnistysaikana. □ Vapauta kaikki mansettiin jäänyt ilma.

Koodi	Tarkoitus	Syy ja ratkaisu
E91	Turvapiiri havaitsee ylipaineen.	<ul style="list-style-type: none"> □ Paineistuksen aikana on saatettu havaita kehon liikettä. Rentoudu ja ole liikkumatta mittauksen aikana. □ Jos tämä virhe ilmenee vaikka olet rentona etkä liiku, ota yhteyttä jälleenmyyjään tarkistusta varten.

Tallentimen laitteiston virhekoodit

Koodi	Tarkoitus	Syy ja ratkaisu
E52	Muistivirhe	<ul style="list-style-type: none"> □ Se voidaan kirjata, jos tallentimeen kohdistuu voimakas isku, kun se esimerkiksi putoaa. □ Jos tämä koodi näytetään toistuvasti, syy voi olla sisäänrakennetun muistin toimintahäiriö. Tarkastuta laite jälleenmyyjällä.

Huomautus

Virhekoodeja voidaan muuttaa niistä ilmoittamatta.

10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)

Mansetit

Nimi	Kuvaus	Tilauskoodi
Pieni mansetti vasempaan käsivarteen	Käsivarren ympärysmitta 15–22 cm 5,9"–8,7"	TM-CF202A
Aikuisten mansetti vasempaan käsivarteen	Käsivarren ympärysmitta 20–31 cm 7,8"–12,2"	TM-CF302A
Iso mansetti vasempaan käsivarteen	Käsivarren ympärysmitta 28–38 cm 11,0"–15,0"	TM-CF402A
Erittäin iso	Käsivarren ympärysmitta 36–50 cm 14,2"–19,7"	TM-CF502A
Aikuisten mansetti oikeaan käsivarteen	Käsivarren ympärysmitta 20–31 cm 7,8"–12,2"	TM-CF802A
Kertakäyttöinen mansetti	10 arkkia	TM-CF306A
Pienen mansetin suojus	vasempaan käsivarteen 10 arkkia	AX-133024667-S
Aikuisten mansetin suojus	vasempaan käsivarteen 10 arkkia	AX-133024500-S
Ison mansetin suojus	vasempaan käsivarteen 10 arkkia	AX-133024663-S
Erittäin ison mansetin suojus	vasempaan käsivarteen 10 arkkia	AX-133024503-S
Aikuisten mansetin suojus	oikeaan käsivarteen 10 arkkia	AX-133024353-S
Pienen mansetin liina	vasempaan käsivarteen 2 arkkia	AX-133025101-S
Aikuisten mansetin liina	vasempaan käsivarteen 2 arkkia	AX-133024487-S
Ison mansetin liina	vasempaan käsivarteen 2 arkkia	AX-133025102-S
Erittäin ison mansetin liina	vasempaan käsivarteen 2 arkkia	AX-133025103-S
Aikuisten mansetin liina	oikeaan käsivarteen 2 arkkia	AX-133025104-S
Ilmaletkun sovitin	-	TM-CT200-110

Tietojen analysointi

Nimi	Kuvaus	Tilauuskoodi
USB-kaapeli	–	AX-KOUSB4C


Muut

Nimi	Kuvaus	Tilauuskoodi
Mittaustulostaulukko	10 arkkia	AX-PP181-S
Kantopidike	–	AX-133025995
Vyö	–	AX-00U44189
Klipsit	5 kappaletta	AX-110B-20-S

11. Liite

11.1. Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate

Mittausmenetelmä: Kiedo mansetti käsivarren yläosan ympärille. Täytä mansetti paineeseen, joka ylittää systolisen verenpaineen. Poista sitten ilma vaiheittain mansetista. Kun paine mansetissa havaitaan ilmanpoistovaiheessa, pulssiaalto näkyy sykkeeseen synkronoituna. Pulssiaalto kasvaa äkkiä lähellä systolista verenpainetta. Se kasvaa entisestään ilmanpoiston aikana, kunnes se saavuttaa korkeimman amplitudin, jonka jälkeen se laskee vaiheittain. Muutokset pulssiaallossa kuvataan seuraavalla sivulla. Oskillometrisessä verenpaineen mittaamisessa systolinen verenpaine määritellään kohtana, jossa amplitudi kasvaa äkkiä, kun pulssi havaitaan mansetin paineessa. Keskimääräinen verenpaine määritellään kohtana, jossa amplitudi kasvaa korkeimmalle tasolle. Diastolinen verenpaine määritellään kohtana, jossa amplitudi laskee vaiheittain ja muuttuu pieneksi. Paineanturi itse asiassa havaitsee pienet muutokset mansetin paineessa, tallentaa pulssiaallon muistiin sekä arvioi systolisen ja diastolisen verenpaineen oskillometrisen mittausalgoritmin perusteella. Algoritmin yksityiskohdat saattavat erota toisistaan eri verenpainemittareiden välillä. Aikuisten ja pikkulasten verenpainearvot mitataan oskillometrisellä menetelmällä ja tuloksia verrataan arvoihin, jotka on mitattu auskultatorisella menetelmällä. Diastolista verenpainetta pidetään auskultatorisen mittaustavan vaiheen 4 päätöspisteenä. Mansetin paineen pulssiaalto riippuu mansetin materiaalin ominaisuuksista. Täten mittauksen tarkkuutta voidaan ylläpitää käyttämällä tietynlaista mansettia ja mittausalgoritmia. Ilmaletkun pituus on enintään 3,5 m pulssiaallon etenemisestä johtuvien vaimentavien ominaisuuksien vuoksi.



Verenpaineen mittaamiseen liittyvät virhetekijät

Pulssikaavio voi olla objektiivinen indikaattori mittaustarkkuuden luotettavuudesta.

Jos epäsäännöllisen sykkeen tai fyysisen liikkeen vuoksi syntyy kohinaa, kaavion amplitudi muuttuu. Jos pulssikaavion viivat eivät ole tasaisia, mittaa uudelleen tai käytä toista menetelmää.



Mansetin asettaminen sydämen tasolle

Kiedo mansetti käsivarteen sydämen tasolle. Jos mansetti ei ole asetettu oikein, tapahtuu mittausrvirhe. Esimerkiksi jos mansetti on 10 cm sydäntä alempana, verenpaineen mittaustulos on 7 mmHg:ä korkeampi.

Oikeankokoinen mansetti

Käytä sopivankokoista mansettia. Jos mansetti on liian pieni tai suuri, tapahtuu mittausvirhe. Liian pienellä mansetilla saadut tulokset arvioidaan yleensä korkeaksi verenpaineeksi, riippumatta todellisesta verenpaineesta ja valtimoiden kunnosta. Liian suurella mansetilla saadut tulokset arvioidaan yleensä matalaksi verenpaineeksi, erityisesti niillä, jotka kärsivät vakavasta arterioskleroosista tai joilla on poikkeavat valtimoläpät. Vääränkokoinen mansetti saattaa myös aiheuttaa poikkeavuuksia suoran menetelmän ja oskillometrisen mittausmenetelmän välillä. Mansetissa on tarra, jossa on käsivarren ympärysmittan raja-arvot. Valitse jokaiselle potilaalle oikeankokoinen mansetti. Verenpaineen mittauksen tarkkuuden takaa paineanturin painetarkkuus, ilmanpoisto-ominaisuudet ja mittausalgoritmi, kunhan käytetään oikeanlaista mansettia ja ilmaletkua. Tarkista paineanturin tarkkuus ja ilmanpoisto-ominaisuudet säännöllisesti.

11.2. EMD-tiedot

Lääketieteellisiin sähkölaitteisiin liittyvät vaatimukset ovat seuraavat:

EMD-säännösten määrittämä suorituskky

Tallentimen käyttö vaatii erityisiä EMD:n (sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia varotoimia. Käytä tallenninta tässä oppaassa kuvattujen sähkömagneettisia häiriöitä koskevien varoitusten mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiolaitteet (esim. matkapuhelimet) voivat vaikuttaa lääkinnällisten sähkölaitteiden toimintaan.

Lisätarvikkeiden yhdenmukaisuus EMD-standardien kanssa

Tämän tallentimen lisätarvikkeet ovat standardin IEC60601-1-2:2014 mukaisia. Muiden kuin hyväksytyjen lisätarvikkeiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen häiriösaiteilyyn ja alhaisempaan häiriönsietoon.

Varoitus



Käytä A&D-yhtiön suunnittelemaa lisävarusteita. Sähkömagneettiset emissiot voivat haitata ei-hyväksytyjen lisävarusteiden toimintaa ja niiden häiriönsieto voi olla heikompi.

EMISSIORAJAT

	Ilmiö	Vaatimustenmukaisuus
Säteilevät RF-emissiot	CISPR11	Ryhmä 1, Luokka B

IMMUNITEETTITESTITASOT : Kotelon liitäntä

Ilmiö	Immuneettitestitasot
Sähköstaattinen purkaus IEC 61000-4-2	±8 kV kontakti ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma
Säteilevät radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM taajuudella 1 kHz
Läheisyyskentät langattomista RF-viestintälaitteista IEC 61000-4-3	Katso taulukko (Testitiedot KOTELON LIITÄNNÄN HÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia RF-viestintälaitteita vastaan)
Verkkojännitteen taajuus magneettikentät IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITEETTITESTITASOT : POTILASLIITÄNNÄN portti

Ilmiö	Immuneettitestitasot
Sähköstaattinen purkaus IEC 61000-4-2	±8 kV kontakti ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

IMMUNITEETTITESTITASOT : Signaalin tulo-/lähtöportti

Ilmiö	Immuneettitestitasot
Sähköstaattinen purkaus IEC 61000-4-2	±8 kV kontakti ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma
Nopeat sähköiset transientit / purskeet IEC 61000-4-4	±1 kV 100 kHz toistotaajuus
RF-kenttien aiheuttamat johtuvat häiriöt IEC 61000-4-8	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V ISM-taajuudella ja amatööriradiotaajuuksilla välillä 0,15 MHz ja 80 MHz 80 % AM taajuudella 1 kHz

Testitiedot KOTELON LIITÄNNÄN HÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia RF-viestintälaitteita vastaan

Testiaajuus (MHz)	Kaista (MHz)	Palvelu	Modulaatio	Enimmäisvirta (W)	Etäisyys (m)	Immuneiteettitaso (V/m)
385	380 –390	TETRA 400	Sykkeen modulointi 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 –470	GMRS 460 FRS 460	FM ±5 kHz poikkeama 1 kHz sini	2	0,3	28
710	704 –787	LTE-kaista 13,17	Sykkeen modulointi 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800 –960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE-kaista 5	Sykkeen modulointi 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1 720	1 700 – 1 990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE-kaista 1,3,4,25 UMTS	Sykkeen modulointi 217 Hz	2	0,3	28
1 845						
1 970						
2 450	2 400 – 2 570	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE-kaista 7	Sykkeen modulointi 217 Hz	2	0,3	28
5 240	5 100 – 5 800	WLAN 802.11 a/n	Sykkeen modulointi 217 Hz	0,2	0,3	9
5 500						
5 785						

**A&D Company, Limited**<http://www.aandd.jp>

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN

Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP**Emergo Europe B.V.**

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED[http://www.andmedical.co.uk/](http://www.andmedical.co.uk)Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom

Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.<http://www.andonline.com/medical/>

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.

Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD[http://www.andmedical.com.au/](http://www.andmedical.com.au)

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA

Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409

ООО А&D RUS**ООО "ЭЙ энд ДИ РУС"**121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17
(Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation,
Moscow, Vereyskaya Street 17)<http://www.and-rus.ru/>

тел.: [7] (495) 937-33-44

факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd

爱安德技研贸易(上海)有限公司

<http://www.aanddtech.cn/>中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area,
Shanghai, China 200120)

电话: [86] (21) 3393-2340

传真: [86] (21) 3393-2347

A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED

ऐ&डी इन्स्ट्रुमेंट्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड

<http://www.aanddindia.in/>

509, उद्योग विहार, फेस-5, गुडगांव-122016, हरियाणा, भारत

509, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122 016, Haryana, India

फोन : 91-124-4715555

फैक्स : 91-124-4715599

CE 0123