

Ausgestellt van NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1 3314
EG Dordrecht Niederlande

Benannte Stelle Nummer 122

GemaB die Richtlinie des Rates 90/384/EEC Ober Nichtselbsttatigen Waagen.

Ausgestellt fOr A&D Instruments Ltd. Abingdon
Science Park Abingdon, Oxford, OX
14 3YS United Kindom

fOr Eine Klasse @, elektronische, Einzelteilungs, **nichtselbsttatige Waage** mit
Anzeigeeinrichtung.
Hersteller : A&D
Typ : EK-H

Charakteristiken n ~ 6000 Eichwerte 600 9 ~
Max ~ 6000 9
e ~ 0.1 9
e = d oder e = 10d

Beschreibung Nummer T5300 Revision 0 enthalt weitere Charakteristiken.

GOltig bis den. **21** Juli 2008

Beschreibung Das Gerat ist schriftlich festgelegt in der Beschreibung Nummer T5300 Revision 0 und und dokumentiert in die Dokumentationsmappe Nummer T5300-1 Dokumentation gehorend zu dieser EG Bauartzulassung.

Dordrecht, den 14 August 1998
NMI Certin B.V.



Ing. W.A.C.M. van Leeuwen
Manager Produktzertifizierung Elektronik & Mechanik