



Ausgestellt van NMI IJkwezen B.V. Hugo de  
Grootplein 1 3314 EG  
Dordrecht Nederlande

Benannte Stelle Nummer 122

Gemäß Die Richtlinie des Rates 90/384/EEC Ober nichtselbsttätigen Waagen.

Ausgestellt für A&D Instruments L TD.  
Abingdon Science Park  
Abingdon. Oxford OX14 3YS  
United Kingdom

Für Eine Klasse **I** mit Anzeigeeinrichtung, selbstanzeigende, elektronischer  
**nichtselbsttätigen Waage.**  
Hersteller : A&D  
Typ : HA-EC

Charakteristiken  $n \leq 180000$  Eichwerte.  
 $120\text{ g} \leq \text{Max} \leq 180\text{ g}$  or  $600\text{ ct} \leq \text{Max} \leq 900\text{ ct}$   
 $e = 10\text{d}$   
Temperaturbereich:  $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$   $-/+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Beschreibung T2536 Revision 1 enthält weitere essentiellen Charakteristiken.

Gültig bis 23. Dezember 2005

Beschreibung und Die Waage ist schriftlich festgestellt in Beschreibung Nummer T2536  
Revision 1 und dokumentiert in die Dokumentationsmappen Nummer T2536-2 aile gehorend  
zu dieser EG Bauartzulassungsbescheinigung.

Bemerkung Diese Nachtrag EG Bauartzulassungsschein ersetzt die frQhere Version mit  
Nummer T2536 auBer den Dokumentationsmappe(n) wenn angegeben.

Dordrecht, den 30 Mai 1995  
NMI Certin B.V.

Ing. W.A.C.M. van Leeuwen  
Manager Produktzertifizierung Electronica & Mechanica