

Ausgestellt von NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
The Netherlands

Benannte Stelle Nummer 122

Gemäß Die Richtlinie des Rates 90/384/EEC über nichtselbsttätigen Waagen.

Ausgestellt für A&D Instruments LTD.
Abingdon Science Park
Abingdon, Oxford OX14 3YS
United Kingdom

Für Eine Klasse **III**, elektronische, Einzelteilungs, **nichtselbsttätige Waage**
mit Anzeigeeinrichtung, beabsichtigt für offene Verkaufsstellen.
Hersteller : A&D
Typ : SF und SG

Charakteristiken $n \leq 3000$ Eichwerte.
 $6 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 30 \text{ kg}$
 $e \geq 2 \text{ g}$

Beschreibung Nummer T5328 Revision 4 enthält weitere essentielle Charakteristiken.

Gültig bis 6 August 2008

Beschreibung Und Dokumentation Das Gerät ist schriftlich festgelegt in der Beschreibung Nummer T5328 Revision 4 und dokumentiert in die Dokumentationsmappe Nummer T5328-1 gehörend zu dieser EG Bauartzulassung.

Bemerkung Diese Ausgabe ersetzt die frühere Versionen außer den Dokumentationsordner.

Delft, 8 Februar, 2000
NMI Certin B.V.



Fr. B. van Broekhoven
Manager Zertifikation Delft